

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Техническая характеристика к пункту 1.1

Портативный экспресс-коагулометр для профессионального использования со стартовым комплектом «Коагучек ИКС ЭС»

Измеряемые параметры:	МНО (Протромбиновое время, % по Квику)
Реагенты:	Тест-полоска с калибровкой на кодовом чипе
Тип пробы:	Капиллярная кровь, венозная кровь
Нанесение пробы	Непосредственно из пальца пациента
Требуемый объем пробы	10 мкл.
Диапазон измерений:	МНО 8-8.0 Активность по Квику 5-120% Секунды 9.6 - 96
Память	500 результатов тестов с датой и временем выполнения и 60 записей кодовых чипов
Время на один анализ	1 минута
Отображение информации:	Жидкокристаллический дисплей
Способ ввода информации:	Сенсорный экран
Интерфейс:	Инфракрасный, LED/IREД Класс 1
Возможность подключения к универсальной базе для питания и подключения к компьютеру	Наличие
Калибровка:	Микрочип, вкладывается в каждую упаковку тест-полосок
Контроль качества	Встроенный в каждую тест-полоску
Жидкий контроль качества	Наличие, набор с лиофилизированной плазмой, растворителем и кодовым чипом
Условия хранения тест-полосок	Комнатная температура
Возможность ведения баз данных по пациентам	Наличие
Возможность подключения списка операторов	Наличие
Питание:	От электросети (Адаптерный блок питания: Вход: 100-240 В / 50-60 Гц / 400 мА, Выход: 7.5 В / 1.7 А (постоянный ток)), аккумуляторная батарея, базовый модуль
Автоматическое выключение питания	Программируемый интервал - 1 ... 60 минут
Размер	185 x 98 x 42 мм
Вес	311 г (без батарей)

Техническая характеристика к пункту 1.2

Биохимический анализатор "Рефлотрон Плюс"

Экспресс биохимический анализатор, использующий тест-полоски (сухая химия)

Измеряемые параметры:	не менее 17 основных биохимических параметров
Принцип измерения:	рефлексионная фотометрия изменение цветовой окраски тест-полосок
Особенности:	не требуется подготовка реагентов, автоматическая идентификация измеряемого параметра по магнитному коду, нанесенному на полоску
Время анализа:	2-3 минуты, 18-30 тестов в час
Тип пробы:	капиллярная, венозная кровь, сыворотка, плазма
Контролирование процесса измерения:	текстовые сообщения на дисплее (автоматический мониторинг более 50 функций)
Дисплей:	жидкокристаллический, буквенно-цифровой, не менее двух строк по 20 знаков
Интерфейс:	Возможность подключения к компьютеру и подключения внешней клавиатуры
Память:	не менее 50 результатов измерения, вкл. дату, время и имя пациента
Вес:	не более 6 кг.

Техническая характеристика к пункту 1.3

Экспресс-анализатор кардиомаркеров со стартовым комплектом «Кобас h232»

Мобильность:	Портативный, переносной
Измеряемые параметры:	Миоглобин; Тропонин Т; СК-МВ Д-Димер; NT pro BNP
Исследуемый материал:	Цельная гепаринизированная венозная кровь
Требуемый объем пробы:	150 мкл
Диапазон измерений:	Миоглобин 30 – 700 нг/мл
	Тропонин Т 0.03 – 2.0 нг/мл
	Д-Димер 100 – 4000 нг/мл
	NT Pro BNP 60 – 3000 пг/мл
	СК-МВ 1.0 – 40 нг/мл
Источник питания:	Сеть переменного тока, аккумуляторная батарея, питание от базового модуля
Время определения:	Миоглобин 8 минут
	Тропонин Т 12 минут
	Д-Димер 8 минут
	NT Pro BNP 12 минут
	СК-МВ 12 минут

Память	500 результатов тестов с датой, временем и комментариями 200 записей кодовых чипов (100 тестов + 100 QC)
Отображение информации:	Жидкокристаллический дисплей, возможность подключения к компьютеру и принтеру через ИК-порт
Способ ввода информации:	Сенсорный экран
Интерфейс:	USB, Ethernet, ИК-порт
Калибровка:	Завода - изготовителя на электронном носителе (чип-коде)
Контроль качества:	Лиофилизированные сыворотки с референсными данными на кодовом чипе
Проверка на соответствие тест-полосок кодовому чипу:	Автоматическая
Автоматическое выключение питания	Программируемый интервал – 1 ... 60 минут
Портативный принтер:	Опция
Размер:	275 x 102 x 55 мм
Вес:	Около 650 г включая портативный батарейный блок и сканер

Техническая характеристика к пункту 1.4

Смеситель ротационный «Ротамикс 1Л»

Свойства аппарата: задание и отображение на световых индикаторах режима и скорости перемешивания; 20 заданных программ перемешивания; режим вортекса с настраиваемой частотой и амплитудой встряхивания; 3 дополнительные программы составляемые пользователем; сохранение в энергонезависимой памяти заданных параметров после выключения прибора из сети. Прибор служит для перемешивания жидкостей в пробирках объемом от 0,5 до 50 мл. Комплектуется держателем на 42 пробирки диаметром 11 мм.

Скорость вращения, об/мин	От 1 до 99
Дискретность установки, об/мин	1
Температура окружающей среды, °C	От +2 до +50
Параметры тока, В/Гц	220/50
Напряжение на выходе адаптера, В	12
Потребляемая мощность, Вт	12
Габаритные размеры, мм	420x125x168
Масса, кг	1,9
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	450x150x190
Масса (с упаковкой), кг	2,3

Техническая характеристика к пункту 1.5

Центрифуга «СМ-6М»

Центрифуга оснащена съемным бакет-ротором с навесными адаптерами, микроконтроллерной системой управления, которая обеспечивает следующие параметры: плавность пуска ротора, задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора, блокировку крышки во время вращения ротора, звуковую сигнализацию остановки ротора, автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги.

- Датчик дисбаланса
- Бесшумная работа
- Цифровая сверхточная регуляция скорости вращения ротора
- Неограниченный режим непрерывной работы

Скорость центрифугирования, об/мин	100...3000 (дискретность 100)
Максимальное гравитационное поле, Gmax	1900
Диапазон таймера, мин	1...99 (дискретность 1)
Количество пробирок в роторе, шт	12
Применяемые пробирки (диаметр x длина), не более, мм	17 x 100
Уровень шума на расстоянии 1 м, Дб(А)	55
Питание от сети, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	120
Габаритные размеры (д x ш x в), мм	416x398x244
Масса, кг	10,5
Габаритные размеры (с упаковкой), мм	440x460x280
Масса (с упаковкой), кг	11

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	ООО "Конвекс Мед" 600001, Владимирская область, Г. Владимир, пр. Ленина, 15а, 101-3
2	Общество с ограниченной ответственностью "Логия" 600022, Владимирская область, Владимир, пр-т Ленина 44

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Логия"** (победитель аукциона) и составило **593 999** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО "Конвекс Мед"** и составило **594 000** руб.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки

Председатель ГСУ «Фонд государственного имущества

Владимирской области»

Соловьев Ю.А.