

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница № 2» г. Владимира в 3 квартале 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 июля 2008 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени).

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.	Приложение №2 к Информационной карте аукциона (Техническое задание на УЗИ – сканер высокого класса)	Стр.12 конкурсной документации	Zoom 6-кратный, а не 10-кратный, при анализе снимка записанного на носитель программа позволяет провести 20-ти кратное увеличение. <i>Является ли данное отклонение от заявленных технических характеристик допустимым и будет ли оно приниматься как «аналог»?</i>

Ответ:

Отклонение от заявленных технических характеристик указанных в приложении № 2 (Техническое задание на УЗИ – сканер высокого класса) к Информационной карте документации об открытом аукционе является недопустимым и не может считаться аналогом.