

Требования к предмету муниципального контракта на поставку стерилизатора парового с вертикальной круглой камерой ВК-75-01 для нужд МУЗ «Стоматологическая поликлиника № 1» г.Владимира

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75-01 (код 3311312)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) шт.
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	
	Рабочее давление пара в камере, кгс/см ² , не более	2,2
	Максимальная температура пара, 0С	134
	Точность поддержания температуры стерилизации, 0С	+/-1
	Управление	Полуавтоматическое
	Режимы стерилизации:	Два
	I Режим	132 °С – 20 мин при давлении 0,2 мПа
	II Режим	120 °С – 45 мин при давлении 0,11 мПа
	Габаритные размеры стерилизатора, мм	
	Высота	1100
	Ширина	570
	Длина	755
	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизатор снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой, закрываемой крышкой вручную. Стерилизационная камера и водопаровая рубашка сделаны из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией.	
	Габаритные размеры стерилизационной камеры:	
	Диаметр, мм	400
	Глубина, мм	630
	Объем, дм ³ (л)	75
	Род тока	Переменный, трехфазный
	Напряжение, В	380
	Частота тока, Гц	50
	Потребляемая мощность, кВт	6
	Масса, кг	80
	Комплектация	КСК-18 – 3 шт.
5.	Требования к безопасности товара	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2008 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	-