

Техническая характеристика №1
Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08.

1. Требования к документации.

- 1.1. Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением.
- 1.2. Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением.
- 1.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике.

2. Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08 предназначен для реанимации и электроимпульсной терапии острых и хронических нарушений сердечного ритма.

3. Особенности.

- возможность применения для взрослых и детей;
- звуковая и световая сигнализация процесса работы;
- возможность приема и регистрации ЭКГ;
- функция замера сопротивления тела пациента;
- оснащен автоматическим печатающим устройством.

Дефибриллятор-монитор ДКИ-Н-08 обеспечивает широкий выбор энергии воздействия, обеспечивает синхронизацию с R-зубцом. Вырабатываемый нормируемый биполярный импульс с соотношением 1/0,5 с максимальной энергией 360 Дж обладает более высоким, по сравнению с монополярным, терапевтическим эффектом при минимальном риске для пациента. Прибор оснащен автоматическим печатающим устройством и монитором для отображения ЭКГ, ЧСС, режимов работы и уровня заряда аккумуляторной батареи. br.> В комплект входит кабель для подключения к автомобильному аккумулятору через «прикуриватель».

4. Характеристика.

Энергия импульса при электрическом сопротивлении тела пациента	5,10,25,50,75,100,150
25-100 Ом, Дж	200,250,300,360
Потребляемая мощность (не более), Вт	200
Электробезопасность	класс II тип ВF
Масса (не более), кг	8,5
Габаритные размеры, кг	385*140*455
Монитор	
Размеры экрана, мм	120*90
Чувствительность канала ЭКГ, мм/мВ	5,10,20
Скорость перемещения изображения, мм/с	12,5, 25,50
Печатающее устройство	
Размещение, точек/мм	8
Скорость протяжки бумажной ленты, мм/с	25,50
Ширина бумажной ленты, мм	57+1