

ПРОТОКОЛ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

№ 755аэм-97

Место проведения аукциона: **600000, г. Владимир, ул. Большая Московская, д. 68**
 Дата и время начала проведения аукциона: **13 января 2009 г. в 9:00** по московскому времени
 Дата и время окончания проведения аукциона: **13 января 2009 г. в 11:27** по московскому времени
 Адрес сайта в сети «Интернет», на котором осуществлялось проведение аукциона: **www.etpvo.ru**

Муниципальный заказчик: Управление здравоохранения Администрации г.Владимира.

Уполномоченный орган: Управление муниципального заказа администрации города Владимира.

Оператор электронной торговой площадки: Государственное специализированное учреждение Владимирской области «Фонд государственного имущества Владимирской области».

Источник финансирования: Внебюджетные источники финансирования.

Основание: извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме в газете «Перископ Владимир» от 30 декабря 2008 г.

Предмет муниципального контракта: Поставка стерилизатора парового с вертикальной камерой ВК-75-01 для нужд МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1".

Количество: 1 шт.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 102 800 руб.

Цена контракта устанавливается с учетом налогов, расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин и других обязательных платежей.

Место, условия, сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг: МУЗ "Стоматологическая поликлиника № 1", 600009, г.Владимир, ул.Мира, д.40.

В соответствии с приложением.

До 20 февраля 2009 года.

Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги: Безналичный расчет в рублях РФ.

В течение 30 календарных дней по факту поставки товара.

По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки.

Требования к сроку и (или) объему предоставления качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев.

100%

Товар поставляется в ненарушенной упаковке с соблюдением условий хранения.

Дополнительные требования к предмету муниципального контракта: В соответствии с приложением. При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, для ознакомления заказчика по его требованию.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Требования к предмету муниципального контракта

№№ п/п	Наименование показателя	Требуемое значение
1.	Наименование товара, код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности	Стерилизатор паровой с вертикальной круглой камерой ВК-75-01 (код 3311312)
2.	Количество товара (шт, кг, литры и т.д.)	1 (одна) шт.
3.	Требования к качеству товара	Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ (Постановление Правительства РФ №1013 от 13.08.1997 г.). Наличие регистрационного удостоверения (Приказ МЗ и СР №735 от 30.10.2006 г.).
4.	Требования к техническим характеристикам товара	
	Рабочее давление пара в камере, кгс/см2, не более	2,2
	Максимальная температура пара, 0С	134
	Точность поддержания температуры стерилизации, 0С	+/-1
	Управление	Полуавтоматическое
	Режимы стерилизации:	Два
	I Режим	132 °С – 20 мин при давлении 0,2 мПа
	II Режим	120 °С – 45 мин при давлении 0,11 мПа
	Габаритные размеры стерилизатора, мм	
	Высота	1100

	Ширина	570
	Длина	755
	Стерилизатор паровой предназначен для стерилизации паром под давлением перевязочных материалов, хирургических инструментов, перчаток и других медицинских принадлежностей, не портящихся при воздействии на них паром. Стерилизатор снабжен вертикальной цилиндрической стерилизационной камерой, закрываемой крышкой вручную. Стерилизационная камера и водопаровая рубашка сделаны из высоколегированной нержавеющей стали и являются единой сварной конструкцией.	
	Габаритные размеры стерилизационной камеры:	
	Диаметр, мм	400
	Глубина, мм	630
	Объем, дм³ (л)	75
	Род тока	Переменный, трехфазный
	Напряжение, В	380
	Частота тока, Гц	50
	Потребляемая мощность, кВт	6
	Масса, кг	80
	Комплектация	КСК-18 – 3 шт.
5.	Требования к безопасности товара	Инструктаж персонала о работе на поставляемом оборудовании.
6.	Требования к функциональным характеристикам (потребительские свойства) товара	Комплектация в соответствии с техническим заданием заказчика. Технические данные на русском языке. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). Выпуск не ранее 2008 года.
7.	Требования к размерам и упаковке товара	Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.
8.	Требования к отгрузке товара	Доставка, разгрузка, установка, пуск, наладка.
9.	Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара требованиям главного распорядителя средств (Заказчика).	-

В аукционе принимали участие следующие участники:

№ п/п	Наименование участника аукциона, почтовый адрес
1	Индивидуальный предприниматель Ефимов Иван Сергеевич 601787, Владимирская область, г. Кольчугино улица Максимова д.3 кв.89
2	ООО Научно-техническая фирма "Луч-М" 170028, Тверская область, г. Тверь, Промышленный проезд, д.3
3	Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс" 600028, Владимирская область, г.Владимир, ул.Балакирева, д.53
4	Общество с ограниченной ответственностью "Дентал-Стар" 600015, Владимирская область, г.Владимир, ул.Разина, д.21, офис 203
5	Общество с ограниченной ответственностью Медика-Интер 600000, Владимирская область, г.Владимир, ул. Девическая, д.9
6	Общество с ограниченной ответственностью РЕСПЕКТ 600020, Владимирская область, Владимир, ул.Каманина д.6

По результатам проведения аукциона:

- последнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **Общество с ограниченной ответственностью "Дельта плюс"** (победитель аукциона) и составило **97 500** руб.;
- предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделано: **ООО Научно-техническая фирма "Луч-М"** и составило **97 800** руб.

от Уполномоченного органа

от Заказчика

от Оператора электронной торговой площадки

Председателя ГСУ «Фонд государственного имущества
Владимирской области»

Соловьев Ю.А.