

**Извещение о проведении запроса котировок на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница № 2»
во 2 квартале 2009 г.
от 10.04.2009 г.**

1. Муниципальный заказчик (почтовый адрес, адрес электронной почты):	
МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3, т/ф. (4922) 53-62-45, www. gorbolnica2. siteedit.ru, e-mail: gorbol2@gorbol2.elcom.ru	
2. Источник финансирования заказа:	
ОМС одноканальное финансирование	
3. Форма котировочной заявки:	
Приложение №1	
4. Наименование, характеристики, объем оказываемых услуг и количество поставляемых товаров:	
1. Наименование товара	Компьютерный электрокардиограф
2. КОД ОКП	94 41
3. Единица измерения	штук
4. Количество товара	1
Техническое задание на поставку компьютерного электрокардиографа	
Название параметра	Требуемое значение
Область применения	Кардиология
Возможность регистрации электрокардиограмм одновременно по 12-ти стандартным отведениям	Наличие
Возможность регистрации электрокардиограмм в системе ортогональных отведений Франка	Наличие
Контурный анализ ЭКГ: расстановка маркеров узловых точек комплекса QRST, расчет основных амплитудных и временных параметров комплекса	Наличие
Возможность отображения ЭКГ на экране компьютера и на бумаге на миллиметровой сетке	Наличие
Возможность отображения ЭКГ в одну колонку (все 12 отведений расположены одно под другим) или две колонки по 6 отведений	Наличие
Автоматическое определение угла отклонения электрической оси сердца	Наличие
Автоматическая интерпретация ЭКГ: построение синдромального заключения	Наличие
Возможность длительного мониторинга ЭКГ без записи на диск с автоматическим выделением комплексов QRS в режиме реального времени и подачей звукового сигнала при обнаружении каждого комплекса	Наличие
Анализ вариабельности ритма сердца в соответствии с международным стандартом 1996 года с автоматическим расчетом показателей R-R min, R-R max, RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50, HF norm, CV, TP, VLF, LF, HF, LF norm, HF norm, LF/HF, %VLF, %LF,	Наличие

%HF	
Автоматическое формирование отчета о вариабельности ритма сердца в текстовом редакторе	Наличие
Анализ результатов кардиоваскулярных тестов с автоматическим расчетом показателей: отношение максимального R-R в пробе с глубоким дыханием к минимальному, отношение максимального R-R в первые 30 секунд ортостатической пробы к минимальному, отношение максимального R-R в первые 10 ударов после пробы Вальсальвы к минимальному во время пробы, снижение систолического давления в ортостатической пробе, прирост диастолического давления в пробе с изометрическим сокращением.	Наличие
Автоматическое определение степени выраженности отклонений состояния вегетативной нервной системы от нормы в баллах	Наличие
Автоматическое формирование отчета о результатах анализа кардиоваскулярных тестов в текстовом редакторе	Наличие
Регистрация и расчет параметров поздних потенциалов желудочков	Наличие
Автоматический расчет дисперсии интервала Q-T, по методике используемой в ходе Роттердамского исследования (1990 - 1993) с автоматическим расчетом: Q-Tс в каждом отведении, Q-Td, Q-Tcd, Q-Tcdn	Наличие
Связь с компьютером	USB
Количество разрядов АЦП	12
Частота квантования	2000 Гц
Чувствительность	2.5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ
Фильтр высоких частот	0.05, 0.1, 0.5, 1 Гц
Фильтр низких частот	35, 75 Гц
Дополнительные фильтры	сетевой, фильтр дрейфа, антитреморный
Отсутствие необходимости установки дополнительных плат в компьютер	Наличие
Операционная система	Windows XP/ Windows Vista или совместимая
Одновременный просмотр на экране нескольких обследований или нескольких проб одного обследования	Наличие
Встроенный редактор протокола обследования	Наличие
Комплектность:	
Электронный блок	1 шт.
Кабель отведений	1 шт.
Комплект многоразовых электродов не менее 10 шт.	Наличие
Комплект оборудования для выполнения кардиоваскулярных тестов	Наличие
Комплект аксессуаров для регистрации поздних потенциалов желудочков	Наличие
Программное обеспечение для реализации всех указанных методик	Наличие

Гель электродный	250 мл
Сумка для переноски	Наличие
Специальная мобильная тележка для установки прибора и принтера	Наличие
Компьютер Intel Core 2 Duo 3,16 GHz/ Asus P5Q DDR2/ SATA 500 Gb/ Kingston DDR2 2 Gb/ Видео карта PCI-E 512 Mb/ DVD+R/RW/ FDD 3,5" 1.44 Mb или эквивалент	Наличие
Принтер лазерный	Наличие
Обучение на базе производителя	Наличие
Монтаж оборудования на месте	Наличие
Гарантия 2 года	Наличие
Наличие сертификата CE	Наличие
Наличие у производителя сертификатов DIN EN ISO 9001:2000 и DIN EN ISO 13485:2003	Наличие
5. Место оказания услуг:	
МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3, т/ф (4922) 53-62-45	
6. Сроки поставки:	
2 квартал	
7. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуг расходах:	
В цену услуг включены все предусмотренные налоги, сборы и другие обязательные платежи.	
8. Максимальная цена контракта:	
Максимальная цена контракта образовалась в результате изучения рынка необходимой продукции и составляет 149 000 руб.00 коп.	
9. Место подачи котировочных заявок, срок их подачи, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:	
МУЗ «Городская больница № 2» 600026, г. Владимир, ул. Токарева, д. 3 Срок подачи котировочных заявок до 16 часов 45 мин. 16.04.2009 г.	
10. Условия поставки и оплаты товара:	
Поставка осуществляется транспортом поставщика до получателя в соответствии с договором, заключенным с ЛПУ г. Владимира. Комплектация в соответствии с техническим заданием. Срок предоставления гарантии качества товара не менее 2 лет. Разгрузка силами и средствами поставщика. Оплата производится в течение 30 календарных дней по факту поставки, по товарно-транспортным накладным и счетам-фактурам.	
11. Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок:	
Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола	

И.о. главного врача

О.Б.Герасимова

Заведующий отделением
функциональной диагностики

А.П.Марков