

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 апреля 2008г. в 09 ч.05 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте (Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований)	Стр 10 конкурсной документации. П.8.1: Специальный операционный стол	Заявленный в ТЗ стол SU-02(SU-04.0) имеет грузоподъемность 135 кг (данные паспорта), заявленные в разъяснении характеристики - Грузоподъемность не менее 200 кг- не соответствуют модели заявленного стола. Означает ли это необходимость поставки стола аналога SU-02(SU-04.0) и запрет на поставку заявленной модели. <hr/> -Возможность поставки стола без углепластика (для «поглощения» рентгеновского луча) означает невозможность использовать такой стол в составе комплекса с С-дугой. При лицензировании , плановых проверок Роспотребнадзора, или составления проекта рентгеновского кабинета использование подобного стола будет запрещено.(ГОСТ 26140-84). Врачи работающие на таком столе будут получать повышенную дозу рентгеновского облучения. Просим подтвердить, что стол по ТЗ не должен иметь углепластика.

Ответ:

Рентгенопрозрачный стол для кардиоваскулярных исследований может иметь следующие характеристики:

- Грузоподъемность не менее 200 кг;
- Коэффициент рентгенопрозрачности (растр 1/12);
- Наличие углепластика, не является обязательной характеристикой.