

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
(таблица технического соответствия)

на каталку 2 секционную с регулируемой высотой для перемещения пациентов

№ п/п	Описание требований	Наличие функции или величина параметра по ТТ
1. Общие требования.		
1.	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
2	Регистрационное удостоверение МЗ России	Наличие
3.	Санитарно-эпидемиологическое заключение	Наличие
4.	Документация на русском языке	Наличие
5.	Наличие европейского знака качества продукции (СЕ)	Наличие
2. Основные параметры.		
2.1	Габаритные размеры , (макс) мм	не более 2150 не более 750
2.2	Ширина матрасного основания	не менее 705
2.2	Каркас	Рама матрасного основания – хромированная или сталь с эпоксидным покрытием.
2.3.	Количество секций, шт.	2
2.4.	Ложе	Стальная плита с эпоксидным покрытием
2.5.	Регулировки	Подъем спинной секции не менее 70° газовой пружиной с помощью ручки, расположенной с обеих сторон каталки. Регулировка высоты гидроприводом, в диапазоне не менее чем 535-905 мм, при помощи педалей, расположенных по обеим сторонам каталки Регулировка Тренделенбург и –анти, бесступенчато при помощи газовых пружин – 14/7°
2.6	Колеса	Колеса не менее 150 мм, с центральным тормозом, антистатические с полиуретановым покрытием
2.7	Защитные бамперы	Наличие бамперов на каждом углу рамы каталки
2.8.	Функциональные особенности	Максимальная нагрузочная способность – не менее 225кг.
2.9	Комплект поставки	- Наличие гигиенического антистатического матраса для каждой каталки; - Наличие боковых ограждений (пара)
3. Дополнительные условия.		
3.1	Количество комплектов	комплекта
3.2	Гарантия на весь комплекс	36 месяцев