

Техническая характеристика №1

Стол операционный универсальный медицинский (Медин-Бета) или эквивалент

1. Требования к документации.

- 1.1. Сертификат соответствия на продукцию в соответствии с приложением.
- 1.2. Регистрационное удостоверение на изделие медицинской техники с приложением.
- 1.3. Санитарно-эпидемиологическое заключение о разрешении к применению оборудования в медицинской практике.

2. Стол операционный универсальный медицинский (Медин-Бета)

С электромеханическим управлением, ножной секцией, состоящей из двух частей, литыми подушками из рентгенопрозрачного антистатического пенополиуретана и газовыми пружинами подъема спинной секции, подъемной панелью, в комплекте с **приспособлениями для общей хирургии 202.111**, выполненными из нержавеющей стали:

- наркозный экран;
- штатив для вливаний;
- рукодержатели (пара);
- ремень для фиксации туловища;
- боковой упор (пара);
- подставка для инъекций (пара);
- держатель рентгеновской кассеты;
- пульт ручной

3. Комплект приспособлений для гинекологии

Ногодержатель с радиальными зажимами-2 шт., емкость с рамочным держателем и комплектом деталей крепления рамочного держателя к операционному столу -1 к-т.

4. Технические характеристики:

- Грузоподъемность стола-160 кг;
- Высота стола – от 780 до 1110 мм;
- Длина панели – 2000 мм;
- Ширина панели стола – 500 мм;
- Продольный наклон панели стола:
по Тренделенбургу – 30 град.;
- по Анти-Тренделенбургу – 30 град.;
- Масса стола – 200 кг;
- Напряжение сети – 220 В;
- Напряжение питания электроприводов – 24 В.