

Техническое задание для колонофиброскопа

Критерий	Технические требования
Рабочая длина вводимой трубки (не более)	1500 мм
Общая длина(не более)	1845 мм
Вводимая трубка	усиленная
Диаметр вводимой трубки (не более)	12,8 мм
Диаметр рабочего канала (не более)	3,8 мм
Диаметр дистального конца (не более)	14,0 мм
Изгиб дистального конца	
Вверх (не менее)	180
Вниз (не менее)	180
Угол поля зрения(не менее)	120
Глубина резкости (не менее)	3-100 мм
Диоптрия	+2 --- - 8 Дптр
Покрытие инструментального канала	Тефлон
Электроизоляция дистального конца	наличие
Клапаны подачи воды\воздуха, отсоса, стопорные клапаны	Автоклавируемые
Способ дезинфекции	Холодный, с полным погружением
Комплект поставки:	
Биопсийные щипцы	1 шт
Щетка для очистки инструментального канала	1 шт
Заглушки инструментального канала	10 шт
Адаптер для очистки каналов	1 шт
Гарантия	12 мес