

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 апреля 2008г. в 09 ч.05 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте (Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований)	Стр 10 конкурсной документации. П.8.1: Специальный операционный стол	Масса пациента не более 135 кг. достаточно для стола? - Обязательно ли операционный стол должен иметь углепластик для «поглощения» рентгеновского излучения? -Все ли элементы перемещения стола должны быть электрическими (возможно ли частичное использование ручного привода)? -Указать эквивалент рентгенопрозрачного стола

Ответ:

Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований дано в приложении к информационной карте. Эквивалент рентгенопрозрачного стола должен иметь идентичное техническое задание заявленное в информационной карте открытого аукциона