

## ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку комплекса для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам для МУЗ «Городская больница №4». (дата начала процедуры рассмотрения заявок 23 ноября 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

### Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Информационная карта открытого аукциона	п.16	В пункте 16 информационной карты открытого аукциона в подпункте 3 упоминается лицензия на соответствующий вид деятельности. Какая лицензия имеется в виду?
2	Требования к предмету муниципального контракта	п.1	Запрошенного кода ОКДП не существует, просим Вас исключить данный пункт, т.к. код по Общероссийскому классификатору деятельности не имеет отношение к поставляемому товару. Использование кода ОКП приводит к сужению круга поставщиков, что недопустимо в соответствии с требованиями п.3.1. статьи 34 Федерального закона №94-ФЗ от 21 июля 2005 года «О размещении заказов на поставки товаров...».
3	Требования к предмету муниципального контракта	п.2	Просим изменить количество товара, разбив на составляющие, по которым будет осуществляться поставка (на основании требований к техническим характеристикам товара в приложении к информационной карте), а именно – выделить отдельными позициями: 1. Кардиограф портативный. 2. Центр приема ЭКГ. 3. Оборудование центра приема ЭКГ (комплект).
4	Приложение 1 к муниципальному контракту на поставки мед оборудования	п.2	Просим изменить спецификацию, разбив ее на составляющие, по которым будет осуществляться поставка (на основании требований к техническим характеристикам товара в приложении к информационной карте), а именно – выделить отдельными позициями: 1. Кардиограф портативный. 2. Центр приема ЭКГ. 3. Оборудование центра приема ЭКГ (комплект).
5	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.1	Просим изменить требования к характеристикам товара. В пункте 1 характеристики товара явно указывают на конкретный прибор конкретного производителя. Технические характеристики товара должны быть описаны в общем и отражать предназначение товара – например, «запись и передача ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентом». В настоящее время на рынке присутствует множество приборов, способных выполнять указанные функции. При этом масса и габариты приборов могут незначительно

			отличаться, что, в принципе не мешает их использованию пациентом и не меняет назначение прибора. Такие параметры, как методика записи ЭКГ и вовсе могут являться НОУ-ХАУ конкретного производителя и прямо на него указывать, что является ограничением для участия в аукционе и нарушением действующего законодательства. В характеристиках товара должно быть указано лишь назначение товара (а именно, передача ЭКГ по телефонным каналам связи) в то время как точные технические характеристики являются особенностями оборудования производителя и зачастую вообще информацией, не имеющей права на разглашений (методика снятия, временные характеристики). Часть из указанных в документации характеристик товара вообще могут являться субъектом патентного права.
6	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	<p>В пункте 2 в формулировке «Поддерживает весь спектр приборов компании» содержится прямое указание на производителя. Спектр приборов какой компании имеется в виду?</p> <p>Также в том же пункте вторично упоминается линейка приборов конкретной компании – «Автоматическое распознавание контрольно-измерительного устройства из всей линейки приборов».</p> <p>Необходимо уточнить, линейка какой компании имеется в виду, либо исключить эти требования из характеристик товара. В противном случае подобные формулировки ведут к ограничению числа участников аукциона и могут явиться основанием для снятия с аукциона по формальным признакам.</p>
7	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	В пункте 2. упоминается специальная звуковая карта для приема ЭКГ. На наш взгляд, тут присутствует ограничение на количество участников, т.к. имеются более современные аналоги подобного оборудования, которые давно не используют так называемые «специальные» звуковые платы, а прием и обработка сигнала производится другими методами, позволяющими повысить надежность приема и помехозащищенность.
8	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.3	Уточните, для чего в оборудовании центра приема ЭКГ необходимо присутствие беспроводного сетевого оборудования (Wireless 802,11bg (Wi-Fi))

**Ответ:**

п.1. Данный вид деятельности не лицензируется.

п.2. Код по ОКПД не влияет на допуск к участию в торгах.

п.3. В соответствии с письмом муниципального заказчика (МУЗ «Городская больница №4») предлагаемое Вами изменение количества товара, путем его разбивки на составляющие по отдельным позициям является нецелесообразным.

п. 4. В соответствии с письмом муниципального заказчика (МУЗ «Городская больница №4») спецификация изменена не будет. Характеристика остается неизменной.

п.п.7.8. В соответствии с письмом муниципального заказчика (МУЗ «Городская больница №4») в оборудовании центра приема ЭКГ необходимо присутствие беспроводного оборудования для удобства пользования. Так же в п.2 аукционной документации заказчик ссылается на наличие специальной звуковой карты для приема ЭКГ, что так же необходимо для удобства пользования.