

ВНИМАНИЕ

Управление муниципального заказа администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку комплекса для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам для МУЗ «Городская больница №4». (дата начала процедуры рассмотрения заявок 23 ноября 2010 г. в 9 ч.00 мин. по московскому времени)

Вопрос:

№ п/п	Раздел аукционной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт аукционной документации, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации
1	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.1	Почему количество регистрируемых отведений требуется 12 или 8, в то время, электрокардиограф снимающий 12 отведений включает указанные 8 даже если он и не снимает отдельно 8. В данном требовании прочитывается указание на конкретный прибор, представленный на рынке
2	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.1	Из документации неясно должны ли электрокардиографы быть укомплектованы электрокардиографическими электродами, а если должны, то в каком количестве, поскольку требование о количестве выносных электродов «не более трех» возможно трактовать по-разному, что ставит в неравные условия участников закупки
3	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.1	Почему документацией предполагается четкое ограничение габаритов прибора и его массы (требование указывает на один из существующих на рынке приборов)? Корректнее было бы указать «габариты и масса, приемлемые для портативного электрокардиографа, который пациент»
4	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.1	Почему дано указание на методику методика записи 12 и 8 отведений ЭКГ, четко указывающее на один из существующих на рынке приборов?
5	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	Почему указано требование «База данных Oracle™»? Это требование является не только ограничивающим круг возможных к поставке продуктов, но и удорожает общую стоимость контракта, поскольку программные продукты Oracle™ являются платными, в отличие от свободно распространяемых программных продуктов, используемых разработчиками эквивалентных заявленному заказчиком программно-аппаратному комплексу.

6	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	упоминается специальная звуковая карта для приема ЭКГ. Это ведет к ограничению количества участников, т.к. на рынке представлены приборы, использующие иные технологии, зачастую превосходящие указанную по качественным характеристикам
7	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	В формулировке требования «Поддерживает весь спектр приборов компании» спектр приборов какой компании имеется в виду?
8	Технические характеристики на комплекс для передачи и записи ЭКГ-сигналов по телефонным каналам связи с возможностью наложения электродов пациентам	п.2	Требование «автоматическое распознавание контрольно-измерительного устройства из всей линейки приборов» Линейка каких приборов имеется ввиду ?

Ответ:

1. 8 отведений предназначены для работы службы скорой медицинской помощи для быстрого снятия ЭКГ.

2. электрокардиографы должны быть укомплектованы электрокардиографическими электродами.

3. Четкое ограничение габаритов прибора и его массы указывается для обеспечения работы медицинского персонала.

4. Методика записи 12 и 8 отведений ЭКГ указывается т.к. технические характеристики оборудования соответствуют записи на 8 и 12 отведений. Наличие у кардиографа возможности снятия 12 и 8 отведений расширяет его возможности, а в экстренных случаях снятие 8 отведений сокращает время снятия и передачи ЭКГ.

5. База данных Ogasle зарекомендовала себя как отработанный, надежный программный продукт соответствующий международному уровню с широкими возможностями по хранению, обработке данных и подготовке статистических отчетов.

6. Заказчик ссылается на наличие специальной звуковой карты для приема ЭКГ, что так же необходимо для удобства пользования.

7. Конкретной компании нет.

8. По поводу «автоматическое распознавание контрольно-измерительного устройства из всей линейки приборов» имеются ввиду приборы, соответствующие характеристикам, указанным в техническом задании.