

## ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для МУЗ «Городская больница № 3» на 3 квартал 2008 года (дата проведения аукциона 05 августа 2008г. в 10 час. 00 мин. по московскому времени, вскрытие конвертов – 29 июля 2008г. в 09 час. 00 мин.):

### Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПАЦИЕНТА	Стр. 8 Отображение 7 кривых	Просим уточнить количество одновременно отображаемых кривых на мониторе. Поскольку заявленные характеристики соответствуют монитору слежения DASH 4000 GE, то отображение семи кривых, возможно, указано ошибочно, т.к. у этого монитора отображается шесть кривых. Просим дать разъяснение

### Ответ:

В связи с допущенной Муниципальным Заказчиком технической ошибкой в аукционную документацию будут внесены изменения.