

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3 г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 апреля 2008г. в 09 ч.05 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте (Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований)	Стр 8 конкурсной документации. Раздел:5 Передвижная просмотрная станция и система визуализации	Просим разъяснить, необходимо ли в комплект поставки оборудования включать следующие опции: - ЖК мониторы повышенной яркости; - Сенсорный ЖК экран; - Устройство регулировки высоты ЖК монитора; - Усовершенствованная обработка изображения (1к x 1к);
2		Стр 9 конкурсной документации. Раздел: Прочие условия	- Лазерное устройство юстировки на боковой панели рентгеновского модуля.

Ответ:

1. В комплект поставки оборудования включать следующие опции:

- ЖК мониторы повышенной яркости;
- Сенсорный ЖК экран;
- Устройство регулировки высоты ЖК монитора;
- Усовершенствованная обработка изображения (1к*1к);

2. Лазерное устройство юстировки на боковой панели рентгеновского модуля, не следует включать в комплект поставки согласно технической характеристики поданной на аукцион.