

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 апреля 2008г. в 09 ч.05 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1	Приложение к информационной карте (Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований)	Стр. 7 конкурсной документации.	Просим разъяснить, какая минимальная допустимая скорость вращения анода (оборотов/минуту) рентгеновской трубки
2		Стр. 7 конкурсной документации	Необходим ли индикатор нагрева анода (с показателем его резервных возможностей)
3		Стр. 7 конкурсной документации	Необходим ли датчик температуры масла (рентгеновская трубка)
4		Стр. 8 конкурсной документации	Какова минимальная скорость получения изображения кадров/сек (не менее сколько?)
5		Стр. 9 конкурсной документации	Просим разъяснить, какой контроль дозы измерения необходимо установить (автоматический, ручной или оба?)
6		Стр. 10 конкурсной документации	Какой показатель рентгенопрозрачности стола в мм AL (международная система измерения)

Ответ:

1. Допустимая скорость вращения анода рентгеновской трубки не менее 3000 оборотов в минуту.
2. Необходимо наличие индикатора нагрева анода.
3. Необходимо датчик температуры масла (рентгеновская трубка).
4. Скорость получения изображения 30 кадров в секунду.
5. Необходимо ручной контроль дозы измерения
6. Поскольку техническая документация об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3» г.Владимира на 2 квартал 2008 года не содержит условий по характеристике рентгенопрозрачности стола, полагаем возможным рассматривать различные параметры данного показателя.