

СОГЛАСОВАНО  
Начальник управления экономики  
Т.И. Терентьева

Начальник управления  
здравоохранения

В.Е. Савинов

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к приказу первого заместителя  
главы города

от «02» июля 2008г. № 181-П

## ДОКУМЕНТАЦИЯ

### ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 3 квартал 2008 года.

г. Владимир  
2008 г.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....</b>	<b>3</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1-17 К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ.....</b>	<b>11</b>
<b>ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ.....</b>	<b>39</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.....</b>	<b>41</b>
<b>АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....</b>	<b>42</b>
<b>ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА.....</b>	<b>43</b>
<b>ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ.....</b>	<b>44</b>
<b>ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.....</b>	<b>45</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.....</b>	<b>52</b>

## ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

№ п/п	Наименование пункта	Текст пояснений																																																																			
<b>1.</b>	<b>Уполномоченный орган:</b>	администрация города Владимира																																																																			
1.1.	Место нахождения	г. Владимир, ул. Горького, д. 40																																																																			
1.2.	Почтовый адрес	600017, г. Владимир, ул. Горького, д. 36 для управления экономики																																																																			
1.3.	Адрес электронной почты	munzakaz@vladimir-city.ru																																																																			
1.4.	Контактный телефон, факс	тел. (4922) 23-24-77, 35-38-79, факс 23-24-77																																																																			
<b>2.</b>	<b>Муниципальный заказчик:</b>	управление здравоохранения администрации г.Владимира																																																																			
2.1.	Место нахождения	г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д. 75																																																																			
2.2.	Почтовый адрес	600020 г.Владимир, ул.Б.Нижегородская, д. 75																																																																			
2.3.	Адрес электронной почты	doctor@gzo.elcom.ru																																																																			
2.4.	Контактный телефон, факс	(4922) 32-23-06																																																																			
<b>3.</b>	<b>Предмет муниципального контракта:</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ лота</th> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 35%;">Наименование товара</th> <th style="width: 10%;">Единица измерения</th> <th style="width: 10%;">Объем заказа</th> <th style="width: 10%;">Начальная цена контракта (руб.)</th> <th style="width: 25%;">Место поставки товара</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7"><b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>1</b></td> <td style="text-align: center;">1.1</td> <td>Рентгенодиагностический комплекс на базе дистанционного управляемого стола-штатива.</td> <td style="text-align: center;">шт.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;"><b>5 000 000,00</b></td> <td>МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул. Горького, д.5</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: <b>5 000 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Поставка оборудования для очистки и обогащения воздуха для МУЗ "Городская больница №4"</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>2</b></td> <td style="text-align: center;">2.1</td> <td>Концентратор кислорода с накопителем "Релайент" или эквивалент.</td> <td style="text-align: center;">шт.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;"><b>350 000,00</b></td> <td>МУЗ "Городская больница № 4", г.Владимир, ул.Каманна, д.6</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: <b>350 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> </tr> <tr> <td colspan="7"><b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b></td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>3</b></td> <td style="text-align: center;">3.1</td> <td>Операционный стол.</td> <td style="text-align: center;">шт.</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: right;"><b>100 000,00</b></td> <td>МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3: <b>100 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)</td> </tr> </tbody> </table>	№ лота	№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Объем заказа	Начальная цена контракта (руб.)	Место поставки товара	<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"</b>							<b>1</b>	1.1	Рентгенодиагностический комплекс на базе дистанционного управляемого стола-штатива.	шт.	1	<b>5 000 000,00</b>	МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул. Горького, д.5	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: <b>5 000 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)						<b>Поставка оборудования для очистки и обогащения воздуха для МУЗ "Городская больница №4"</b>							<b>2</b>	2.1	Концентратор кислорода с накопителем "Релайент" или эквивалент.	шт.	1	<b>350 000,00</b>	МУЗ "Городская больница № 4", г.Владимир, ул.Каманна, д.6	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: <b>350 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)						<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>							<b>3</b>	3.1	Операционный стол.	шт.	1	<b>100 000,00</b>	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3: <b>100 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		№ лота	№ п/п	Наименование товара	Единица измерения	Объем заказа	Начальная цена контракта (руб.)	Место поставки товара																																																													
		<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи"</b>																																																																			
		<b>1</b>	1.1	Рентгенодиагностический комплекс на базе дистанционного управляемого стола-штатива.	шт.	1	<b>5 000 000,00</b>	МУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул. Горького, д.5																																																													
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 1: <b>5 000 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)																																																																		
		<b>Поставка оборудования для очистки и обогащения воздуха для МУЗ "Городская больница №4"</b>																																																																			
		<b>2</b>	2.1	Концентратор кислорода с накопителем "Релайент" или эквивалент.	шт.	1	<b>350 000,00</b>	МУЗ "Городская больница № 4", г.Владимир, ул.Каманна, д.6																																																													
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 2: <b>350 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)																																																																		
		<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>																																																																			
		<b>3</b>	3.1	Операционный стол.	шт.	1	<b>100 000,00</b>	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева, д.3																																																													
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 3: <b>100 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)																																																																					

		<b>Поставка лабораторного медицинского оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>					
		4.1	Ионоселективный анализатор "АЗК-01" (К, Na, С) или эквивалент.	шт.	1	110 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3
		4.2	Анализатор мочи на 12 параметров Clinitek Status или эквивалент.	шт.	1	37 000,00	
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 4: <b>147 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		<b>Поставка стоматологической установки для МУЗ "Городская больница №2"</b>					
		5.1	Стоматологическая стационарная установка Adept DA 111 или эквивалент.	шт.	2	660 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 5: <b>660 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		<b>Поставка стерилизационного оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>					
		6.1	Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 (автоклав) или эквивалент.	шт.	1	150 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3
		Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 6: <b>150 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
<b>Поставка оборудования лабораторного для МУЗ "Городская больница №2"</b>							
7.1	Аквастильятор ДЭ-10 или эквивалент.	шт.	1	15 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3		
7.2	Аквастильятор АДЭа-4 или эквивалент.	шт.	1	15 000,00			
7.3	Биноккулярный микроскоп для клинической лаборатории	шт.	2	52 000,00			
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 7: <b>82 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)							
<b>Поставка хирургического оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>							
8.1	Прибор электро-радиохирургический "Сургитрон DF120" в базовой комплектации или эквивалент.	шт.	1	750 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3		
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 8: <b>750 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)							
<b>Поставка холодильного оборудования для МУЗ "Городская больница №2"</b>							
9.1	Шкаф холодильный ШХ-080 МС или эквивалент.	шт.	2	80 000,00	МУЗ "Городская больница № 2", г.Владимир, ул.Токарева,д.3		
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 9: <b>80 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)							
<b>Поставка медицинского оборудования для кабинетов для МУЗ "Родильный дом №1"</b>							
10.1	Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный ОРУБ-Кронг ("Дезар") или эквивалент.	шт.	4	40 000,00	МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд, д. 1		
10.2	Фетальный монитор.	шт.	1	480 000,00			
10.3	Система реанимационная открытая.	шт.	1	330 000,00			
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 10: <b>850 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)							

<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ "Родильный дом №1"</b>						
<b>11</b>	11.1	Кресло гинекологическое с электрическим приводом.	шт.	6	<b>1 062 000,00</b>	МУЗ "Родильный дом №1" г. Владимир, Константино-Еленинский проезд д. д. 1
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 11: <b>1 062 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
<b>Поставка стерилизационного оборудования для МУЗ «Родильный дом №1»</b>						
<b>12</b>	12.1	Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ или эквивалент.	шт.	14	<b>37 800,00</b>	МУЗ «Родильный дом №1» г. Владимир, Константино-Еленинский проезд д. д. 1
	12.2	Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ или эквивалент.	шт.	4	<b>59 200,00</b>	
	12.3	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-6 или эквивалент.	шт.	27	<b>22 140,00</b>	
	12.4	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-9 или эквивалент.	шт.	20	<b>20 000,00</b>	
	12.5	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-12 или эквивалент.	шт.	21	<b>25 410,00</b>	
	12.6	Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-18 или эквивалент.	шт.	19	<b>27 645,00</b>	
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 12: <b>192 195,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)						
<b>Поставка оборудования оториноларингологического для МУЗ "Детская городская поликлиника"</b>						
<b>13</b>	13.1	ЛОП-установка "MODULA-EUROPA Variant" или эквивалент.	шт.	1	<b>933 000,00</b>	МУЗ "Детская городская поликлиника", г.Владимир, Добрая сельская, д.34д
	Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 13: <b>933 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					

		<b>Поставка ультразвукового медицинского прибора для МУЗ "Детская городская больница №1"</b>						
		14	14.1	Многофункциональный ультразвуковой медицинский прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований с компьютером и программным обеспечением "Сономед-325" или эквивалент.	шт.	1	400 000,00	МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 14: <b>400 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		<b>Поставка лабораторного оборудования для МУЗ "Детская городская больница №1"</b>						
		15	15.1	Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды или эквивалент.	шт.	3	180 000,00	МУЗ "Детская городская больница №1", г.Владимир, ул.Пушкина, д.3
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 15: <b>180 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		<b>Поставка медицинского оборудования для МУЗ «Станция скорой медицинской помощи»</b>						
		16	16.1	Прибор для измерения артериального давления.	шт.	15	9 900,00	МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", г.Владимир, ул.Матросова, д.28-а
			16.2	Дефибриллятор.	шт.	1	240 100,00	
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 16: <b>250 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					
		<b>Поставка стоматологической установки для МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника"</b>						
		17	17.1	Стоматологическая установка SMILE MINI 04-3 или эквивалент.	шт.	1	250 000,00	МУЗ "Детская городская стоматологическая поликлиника", г.Владимир, ул.Егорова, д.10-б
			Начальная (максимальная) цена муниципального контракта по лоту № 17: <b>250 000,00 рублей</b> (включая все расходы по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей)					

4.	<b>Объем заказа:</b>	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.
5.	<b>Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:</b>	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.
6.	<b>«Шаг аукциона»:</b>	5% начальной цены муниципального контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, заказчик, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5% начальной цены контракта, но не ниже 0,5% начальной цены контракта.
7.	<b>Место поставки товара:</b>	В соответствии с таблицей п. 3 Информационной карты.
8.	<b>Условия поставки товара:</b>	<p>Функциональные (потребительские свойства) и качественные характеристики товара – в соответствии с техническими характеристиками: Лот № 1- см. Приложение № 1к Информационной карте; лот № 2 - см. Приложение № 2 к Информационной карте; лот № 3 - см. Приложение № 3 к Информационной карте; лот № 4 - см. Приложение № 4 к Информационной карте; лот № 5 - см. Приложение № 5 к Информационной карте; лот № 6 - см. Приложение № 6 к Информационной карте; лот № 7 - см. Приложение № 7 к Информационной карте; лот № 8 - см. Приложение № 8 к Информационной карте; лот № 9 - см. Приложение № 9 к Информационной карте; лот № 10 - см. Приложение № 10 к Информационной карте; лот № 11 - см. Приложение № 11 к Информационной карте; лот № 12 - см. Приложение № 12 к Информационной карте; лот № 13 - см. Приложение № 13 к Информационной карте; лот № 14 - см. Приложение № 14 к Информационной карте; лот № 15 - см. Приложение № 15 к Информационной карте; лот № 16 - см. Приложение № 16 к Информационной карте; лот № 17 - см. Приложение № 17 к Информационной карте.</p> <p>Исправная и ненарушенная упаковка изготовителя.</p> <p>Доставка и разгрузка товара силами поставщика.</p> <p>Пуск, наладка, гарантийное обслуживание. Комплектация в соответствии с техническими характеристиками – см. Приложения №№ 1-17 к Информационной карте.</p> <p>Технические данные на русском языке. Инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании</p>

		. Наличие сертификата соответствия Госстандарта РФ. Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ. Наличие копии руководства по технической эксплуатации (паспорт). При поставке товара предоставление сертификатов качества или копии сертификатов, заверенных держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат для ознакомления заказчика по его требованию.
9.	<b>Сроки поставки товара</b>	Лоты №№ 1,6,8,13,15,16,17 – до 20 сентября 2008г. Лоты №№ 2,3,4,5,7,9,10,11,12,14 – до 16 августа 2008г.
10.	<b>Срок предоставления гарантии качества товара:</b>	Всё оборудование должно иметь гарантийный срок с момента запуска в эксплуатацию, не менее гарантийного срока, установленного производителем оборудования, но и не менее 12 месяцев
11.	<b>Объем предоставления гарантии качества товара:</b>	В течение гарантийного срока 100 % объема гарантии
12.	<b>Форма оплаты товара:</b>	Безналичный расчет в рублях РФ.
13.	<b>Сроки оплаты:</b>	Оплата по факту поставки товара в течение 30 календарных дней.
14.	<b>Порядок оплаты:</b>	По счету-фактуре, товарно-транспортным накладным, акту пуска-наладки или приема-передачи
15.	<b>Источник финансирования:</b>	Лоты №№ 1,6,8,13,15,16,17 - бюджет г. Владимира; Лоты №№ 2,3,4,5,7,9,10,11,12,14 - внебюджетные источники финансирования.
16.	<b>Форма подачи заявки на участие в открытом аукционе:</b>	Оформляется на бумажном носителе – типовом бланке, входящем в комплект документации об аукционе.

<p>17.</p>	<p><b>Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе:</b></p>	<p>1. Заявка на участие в аукционе.  <b>2. Техническое предложение - оформляется на бумажном носителе и в электронном виде.</b>  3. Анкета участника размещения заказа.  4. Копия лицензии на соответствующий вид деятельности в соответствии с ФЗ от 08.08.2001г. №128-ФЗ. «О лицензировании отдельных видов деятельности» или иными Федеральными законами, и подтверждающая соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к лицам осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона.  5. Полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки.  6. Копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).  7. Документы, подтверждающие право участвовать в процедуре аукциона:  7.1 документы о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять юридическое лицо без доверенности, в том числе:  - выписка из Устава, с указанием его регистрационных данных, о порядках, сроках избрания (назначения) исполнительного органа, его полномочиях,  - копия протокола об избрании (назначении) исполнительного органа,  - копия приказа о назначении на должность;  7.2 копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя;  7.3 доверенность на имя представителя участника размещения заказа, подтверждающая его полномочия.  8. Опись документов представленных в составе заявки на участие в аукционе, подписанная участником размещения заказа или его представителем.</p>
------------	---	---

18.	<p><b>Иные документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе (представляются в добровольном порядке):</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Копия учредительных документов участника размещения заказа.</li> <li>2. Копия акта сверки, выданного налоговым органом, о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период.</li> <li>3. Копии бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный период.</li> <li>4. Справка о минимальной оплате труда.</li> <li>5. Справка службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество.</li> <li>6. Справка налогового органа (иного уполномоченного органа) о том, что участник размещения заказа не находится в стадии ликвидации, в отношении его не проводится процедура банкротства.</li> </ol>
19.	<p><b>Требования к участникам размещения заказа:</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;</li> <li>2) непроведение ликвидации участника размещения заказа — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа — юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;</li> <li>3) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;</li> <li>4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершённый отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;</li> <li>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.</li> </ol>
20.	<p><b>Место подачи заявок:</b></p>	<p>600017, г. Владимир, ул. Горького, д.40, кабинет 301 с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00 (в день вскрытия конвертов с заявками подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д.36, 7 этаж, актовый зал).</p>

21.	<b>Дата и время начала приема заявок:</b>	04 июля 2008 года в 9 час. 00 мин.
22.	<b>Дата и время окончания приема заявок:</b>	<b>29 июля 2008 года в 9 час. 05 мин.</b>
23.	<b>Место, дата и время начала рассмотрения заявок:</b>	<b>29 июля 2008 года в 9 час. 05 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул. Горького, 36 (7 этаж, актовй зал).
24.	<b>Место, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<b>05 августа 2008г. в 10 час. 30 мин.</b> по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.36 (актовй зал).
<b>Документация об аукционе предоставляется бесплатно.</b>		
25.	<b>Размер обеспечения заявок:</b>	не установлено.
26.	<b>Порядок, дата и время проведения открытого аукциона:</b>	<p>Аукцион проводится в порядке, определенном документацией об аукционе, " 05 " августа 2008 года в 10-30 по московскому времени.</p> <p>Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.</p> <p>Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность на имя представителя, подтверждающую его полномочия.</p> <p>Доверенность от имени физических лиц должна быть заверена нотариально. Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.</p>
27.	<b>Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:</b>	не требуется.
28.	<b>Срок заключения муниципального контракта:</b>	20 дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона), но не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола.

**Приложение № 1**  
**к Информационной карте**

**Техническая характеристика**  
**Рентгенодиагностический комплекс на базе дистанционно управляемого стола-штатива**

	НАИМЕНОВАНИЕ	Соответствие требованиям
<b>1.</b>	<b>Общие требования</b>	
1.1	Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта России	Наличие
1.2	Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ	Наличие
1.3	Наличие санитарно-эпидемиологического заключения	Наличие
1.4	Производство заявленной техники должно иметь сертификат ISO 9001	Наличие
1.5	Соответствие спецификации должно быть заверено производителем или его авторизованным представителем	(желательно, но необязательно)
1.6	Название рентгенодиагностического комплекса	
1.7	Название производителя рентгенодиагностического комплекса	
<b>2.</b>	<b>Дистанционно управляемый стол – штатив</b>	
2.1	Диапазон углов поворота не менее	+90°/-90°
2.2	Максимальная скорость поворота стола, не менее	6,5 °/с
2.3	Размер деки стола не менее	73 × 235 см.
2.4	Рентгенопрозрачная область деки не менее	55 × 221 см
2.5	Поперечное движение деки не менее	± 16 см
2.6	Продольное движение деки	отсутствует
2.7	Наличие подъема деки стола от пола в ее горизонтальном положении (лифт)	Наличие
2.7.1	Нижнее положение деки от пола не более	62 см
2.7.2	Верхнее положение деки не менее	140 см
2.7.3	Скорость подъема деки не менее	25 мм/с
2.8	Фильтрация рентгеновского излучения декой стола, не более	0,5 мм Al
2.9	Расстояние от деки стола до пленки, не более	83 мм.
2.10	Максимальное расстояние от деки стола до входной плоскости УРИ, не более	102 мм.
2.11	Стол должен быть оснащен системой выбора из трех наиболее часто используемых положений деки стола	Наличие
2.12	Два режима управления движениями деки стола: «врач смотрит на пациента» - наклон джойстиков соответствует движению деки с пациентом и «врач смотрит на монитор» - наклон джойстиков соответствует движению рентгеновского изображения на экране монитора УРИ.	Наличие
2.13	Максимальный вес пациента (без ограничений движений стола) не менее	250 кг
2.14	Максимальное расстояние от края стола до центра УРИ, не более	39 см
2.15	Микропроцессорная система защиты стола от столкновений, рассчитывающая положение стола	Наличие
2.16	Наличие инструкции по эксплуатации стола штатива на русском языке.	Наличие
<b>3.</b>	<b>Экраноснимочное устройство (ЭСУ)</b>	
3.1	ЭСУ с возможностью работать (без адаптера) с кассетами форматов	от 13×18 до 35×43 см.
3.2	Система захвата кассет ЭСУ должна быть устроена по типу щелевого дисковод персонального компьютера	Наличие
3.3	Наличие программы деления форматов 18×24 и 24×30 при экспозиции на 4 части накрест	Наличие
3.4	Общее продольное движение ЭСУ не менее	160 см
3.5	Минимальное расстояние от фокуса трубки до приемника изображения, не более	100 см

3.6	Максимальное расстояние от фокуса трубки до приемника изображения, не менее	150 см
3.7	Кассетодержатель ЭСУ должен быть оборудован твердотельной ионизационной камерой	Наличие
3.8	Возможность удаления растра в положение парковки	Наличие
3.9	Максимальная скорость продольного движения ЭСУ, не менее	20 см/с
<b>4.</b>	<b>Автоматический коллиматор</b>	
4.1	Наличие как прямоугольной, так и ирисовой диафрагмы в коллиматоре	Наличие
4.2	Автоматическая установка шторок для диафрагмирования выбранной области, на кассете или УРИ в зависимости от размера кассеты или выбранного рабочего поля УРИ	Наличие
4.3	Наличие не менее трех дополнительных сменных фильтров встроенных в коллиматор со следующими значениями фильтрации	1 мм Al; 0.1 мм Cu; 0.2 мм Cu
<b>5.</b>	<b>Режим линейной томографии</b>	
5.1	Количество углов выполнения линейной томографии, не менее со следующими значениями	4
5.2	Значения углов томографии	7°, 20°, 30°, 45°
5.3	Количество скоростей выполнения томографии для любого угла, не менее	4
5.4	Изменение высоты среза при томографии в диапазоне, не менее	0-350 мм
5.5	Выполнение томографии возможно в двух направлениях	Наличие
5.6	Электронный режим выполнения томографии без механического соединения излучателя и ЭСУ	Наличие
5.7	ЭСУ должно быть оборудовано подвижным растром	
5.8	Фокусное расстояние, в диапазоне	110 - 120 см
5.9	Отношение (число) растра	10:1
5.10	Плотность растра, в диапазоне	34 -40 л./см.
<b>6.</b>	<b>Усилитель рентгеновского изображения:</b>	
6.1	Номинальный диаметр РЭОП, не менее	9 дюймов
6.2	Количество рабочих полей должно быть не менее	3
6.3	Телевизионная камера должна быть выполнена на ПЗС – матрице с рабочей областью не менее чем	582×582 пиксела;
6.4	АЦП телевизионного тракта не менее	10 бит
6.5	Телевизионный тракт должен быть оснащен системой запоминания последнего кадра.	Наличие
6.6	Наличие не менее одного медицинского монохромного ЖК монитора на тележке с размером экрана по диагонали не менее	18 дюймов
6.7	Максимальная светимость монитора, не менее	700 кд/кВ.м
<b>7.</b>	<b>Рентгеновский генератор</b>	
7.1	Тип высоковольтного преобразования	высокочастотный
7.2	Частота высоковольтного преобразования, в диапазоне не менее	от 100 до 200 кГц
7.3	Мощность	50 кВт.
7.4	Русский интерфейс управления генератором	Наличие
7.5	Пульт управления генератором должен быть выполнен в виде сенсорного экрана типа «тачскрин»	
7.6	Размер сенсорного экрана типа «тачскрин» по диагонали, не менее	15 дюймов
7.7	Диапазон рабочих значений высокого напряжения	от 40 до 150 кВ.
7.8	Система автоматического контроля экспозиции должна использовать твердотельные ионизационные камеры.	Наличие
7.9	Количество анатомических программ доступных одновременно, не менее.	1024
7.10	Инструкция по эксплуатации генератора на русском языке.	Наличие
<b>8.</b>	<b>Излучатель с рентгеновской трубкой (1 шт.)</b>	
8.1	Максимальное рабочее напряжение должно быть не хуже.	150 кВ
8.2	Малый фокус: размер, не более	0,6 мм
8.3	Малый фокус: максимальная рабочая мощность не менее	26 кВт
8.4	Большой фокус: размер не более	1,2 мм
8.5	Большой фокус: максимальная рабочая мощность не менее	50 кВт

8.6	Теплоемкость анода должна быть не менее чем	400 кНУ
8.7	Диаметр анода, не менее	100 мм
<b>9.</b>	<b>Стойка снимков:</b>	
9.1	Общее вертикальное перемещение кассетодержателя не менее	150 см
9.2	Нижнее положение центра снимка от пола не более	40 см
9.3	Кассетодержатель должен быть оборудован движущимся растром	Наличие
9.4	Фокусное расстояние, в диапазоне	150 - 180 см
9.5	Отношение (число) раstra	10:1
9.6	Плотность раstra, в диапазоне	34 -40 л./см.
9.7	На стойке снимков должна быть реализована возможность выполнения рентгенографии без раstra.	Наличие
9.8	Кассетодержатель должен быть оборудован твердотельной ионизационной камерой	Наличие
<b>10.</b>	<b>Проявочная машина</b>	
10.1	Наличие Сертификата Соответствия Госстандарта России	Наличие
10.2	Наличие регистрационного удостоверения МЗ РФ	Наличие
10.3	Название проявочной машины	
10.4	Название производителя проявочной машины	
10.5	Размеры (ДхШхВ) не более	77x59x42 см
10.6	Вес (без растворов), не более	35 кг
10.7	Потребление воды, не более	1,9 л/мин
10.8	Наличие насосов для регенерации растворов	Наличие
10.9	Объем бачков с проявителем и фиксажем, не более	5 л
10.10	Регулировка температуры проявителя в диапазоне от	28-370С
10.11	Температуры сушки, не менее	65 °С
<b>11.</b>	<b>Прочие условия:</b>	
11.1	Гарантийные обязательства не менее	12 месяцев с момента сдачи оборудования по качеству
11.2	Доставка до ЛПУ и демонстрация работоспособности оборудования в собранном виде	Наличие
11.3	Инструктаж персонала	один рабочий день

### Техническая характеристика

#### Концентратор кислорода с накопителем «Релайент» или эквивалент

Максимальная производительность 8л/мин.

Давление кислорода 3,4 атм.

Концентрация кислорода 90-95%

Уровень шума на расстоянии 1м 58дб, электропитание 220Вт, 50гц, потребляемая мощность 730 Вт,

Объем внешнего накопителя кислорода 227л «Релайент» 57х62х92см ,  
накопитель 51х130см.

**Техническая характеристика**

**ОПЕРАЦИОННЫЙ СТОЛ**

Размер: 2100\*480 мм, регулировка высоты: 800\* 1050мм., съемная головная секция с регулировкой наклона от -90~+45, спинная секция с регулировкой наклона от +80~-10, двойная съемная ножная секция с регулировкой наклона, тренделенбург, антитренделенбург, боковой наклон, почечный валик, аксессуары в стандартной комплектации( упоры-держатели для тела, подколенники, опоры под руку, фиксирующие ремни), питание 220 В, 50 гц, вес 300кг.

**Техническая характеристика**

**Ионоселективный анализатор «АЗК-01» (К,Na,Cl) или эквивалент**

Полный автомат, встроенный термопринтер, срок службы электродов не менее 1 года, автоматический контроль расхода растворов, память на 100 анализов, объем пробы 200 мкл, время анализа, включая промывку 60 с.

**Анализатор мочи на 12 параметров Clinitek Status или эквивалент**

Управление анализатором с сенсорного экрана, производительность 40 анализов в час, работа от сети переменного тока, встроенный принтер, автоматическая калибровка.

### Техническая характеристика

#### **СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ УСТАНОВКА Adept DA 111 или эквивалент**

С пантографическим плечом и нижней подачей шлангов, столик врача на на 4 инструмента (установлено 4): шланг с электрическим мотором с внутренним охлаждением Bien Air, шланг турбинный с подсветкой, многофункциональный пистолет вода-воздух, ультразвуковой скалер Amdent, микропроцессорное управление инструментами, негетоскоп, блок плевательницы (стеклянная съемная раковина с функцией споласкивания, наполнение стаканчика, слюноотсос, автоматическая подача чистой воды на наконечники).

Светильник «Сириус» бестеневой отражатель, регуляция светимости.

*Кресло стоматологическое* электромеханическое D 10E (с одной программой, подголовник, левый подлокотник, диапазон подъема кресла с 460 мм до 810 мм)

Компрессор ДК 50-10С (в шкафу) Безмасляный

Объем ресивера - 10 л.

Производительность - 60 л/м.

Рабочее давление - 4.5-6 бар.

Шум - 50 дБ

*Стул врача* с опорой для ног. Д10Л

Наконечник турбинный

Наконечник угловой

Наконечник прямой

Лампа светодиодная беспроводная: Д-2000 (Апоза)

6 режимов работы, таймер, индикация низкого уровня заряда батареи, режим ожидания, возможность работы в проводном и беспроводном вариантах.

**Техническая характеристика**

**Стерилизатор паровой с круглой горизонтальной камерой ГК-100-3 (автоклав) или эквивалент**

Объем стерилизационной камеры 100л, два режима стерилизации, наличие таймера, управление полуавтоматическое, удаление воздуха гравитационное, вакуумная сушка, внутренний диаметр стерилизационной камеры 400мм, комплектация КСК-18-4шт., напряжение 380В, 50Гц, переменный ток, потребляемая мощность 16кВт, габариты 1130\*710\*1500, масса 230 кг.

### Техническая характеристика

#### Аквадистилятор ДЭ-10 или эквивалент

Производительность 10л/ч., питание переменный ток 380В, 50Гц, габаритные размеры 460\*380\*630, коэффициент очистки воды от радионуклидов не менее 3000, время установления рабочего режима не более 30 мин., поддержание количества воды и отключение автоматическое, средняя наработка на отказ 3500 часов условно непрерывной работы.

#### Аквадистиллятор АДЭа-4 или эквивалент

Производительность 4л/ч, переменный ток 220В, 50Гц, удельный расход воды при 95 –1л на 12,6л, средняя наработка на отказ 3500 часов условно непрерывной работы, поддержание количества воды и отключение автоматическое, габариты 252\*320\*550, масса 14 кг

#### Бинокулярный микроскоп для клинической лаборатории

Методы исследования: Светлое поле, темное поле

Увеличение, крат: 40х-1600х

Насадка: Тринокулярная с регуляцией световых потоков окуляр-камера

Револьверная головка: 4-гнездная с разворотом от наблюдателя

Объективы: Ахроматы: 4х0,1 10х0,25 40х0,65 100х1,25МИ

Широкопольные окуляры: 10х, 16х

Линейное поле зрения: 18 мм

Предметный столик: Прямоугольный с координатным перемещением 140х140 мм

Конденсор: Конденсор Аббе NA=1.25, в осветителе реализован принцип Келлера

Светофильтры: 2 сменных светофильтра

Осветитель: 20 ватт/ 6 вольт

Источник света: галогенная лампа с плавной регулировкой яркости

Источник тока: 220 вольт/ 50-60 Гц

Габаритные размеры: 300х190х420 мм

Масса: 7 кг

**Техническая характеристика**

**Технические параметры прибора электро-радиохирургического «Сургитрон DF 120» и базового состава или эквивалент**

1.Возможность транспортировки прибора	(Наличие)
2.Рабочая частота 1,7 МГц, 4 MHz	(Наличие)
3.Мощность 120 Вт	(Наличие)
4.Выходное напряжение 220 В	(Наличие)
5.Функция «Разрез»	(Наличие)
6.Функция «Разреза и коагуляция»	(Наличие)
7.Функция «Коагуляция»	(Наличие)
8.Функция «Фульгурация»	(Наличие)
9.функция «Биполярная коагуляция»	(Наличие)
10.Совместимость электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов между собой и с прибором	(Наличие)
11.Возможность стерилизации в автоклаве всех электродов, наконечников, шнуров, биполярных пинцетов, антенной пластины	(Наличие)
12.Нейтральный электрод (антенная пластина)	(Наличие)
13.Нейтральный электрод (антенная пластина) одноразовый, 25 шт.	(Наличие)
14.Трехкнопочный наконечник ручного включения для электродов	(Наличие)
15.Шнур для биполярных пинцетов 3 шт.	(Наличие)
16.Двойная ножная педаль и шнур	(Наличие)
17.Запасные предохранители, 2 шт.	(Наличие)
18.Комплект базовых электродов по гинекологии в количестве 7 штук.	(Наличие)
19.Длина всех электродов 10 см	(Наличие)
20.1 электрод петлевой треугольный с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм.	(Наличие)
21.1 электрод петлевой ромбовидный с тонкой дугой, диаметр 4,76 мм	(Наличие)
22.1 электрод петлевой круглый с тонкой дугой, диаметр 6,35 мм.	(Наличие)
23.1 электрод игольчатый, диаметр 0,79 мм, длина иглы 9,53 мм.	(Наличие)
24.1 электрод игольчатый с широкой иглой	(Наличие)
25.1 электрод игольчатый с регулируемой длиной иглы, с запасной иглой	(Наличие)
26.1 электрод шариковый, диаметр шарика 2 мм.	(Наличие)
27.Инструкция по эксплуатации на русском языке	(Наличие)
28.Обучающие видеоматериалы	(Наличие)

**Технические параметры комплекта поставки**

1.Стабилизатор напряжения с выходным напряжением 220В ±15,4 и номинальной мощностью не менее 400 ВА, с автоматическим отключением нагрузки потребителя при появлении на выходе стабилизатора возможно опасного для подключенной нагрузки пониженного или повышенного напряжения, со звуковой сигнализацией, с индикацией основных режимов работы и причин отключения стабилизатора (Россия).	(Наличие)
2.Тележка-подставка Сурги-Рарт III	(Наличие)
3.Полочка для прибора	(Наличие)
4.Подставка для инструментов	(Наличие)
5.Гибкий держатель для шланга эвакуатора дыма	(Наличие)
6.Полочка для установки эвакуатора дыма	(Наличие)
7.Фиксируемые колесики больничного типа	(Наличие)
8.Регулируемая высота	(Наличие)

Техническая характеристика

Шкаф холодильный ШХ-080 МС или эквивалент

<i>Шкафы холодильные среднетемпературные ШХ-0,80 МС, с металлическими дверями.</i>	
Охлаждаемый объем, куб.м	0,8
Температура в охлаждаемом объеме, °С	0...+7
Род тока питания	переменный однофазный
Напряжение, В	220
Потребление электроэнергии в сутки, кВт/ч	6,6
Тип изоляции	
Управление оттайкой	закладная (пенопласт)
Тип оттайки	полуавтомат
<u>Габаритные размеры, мм:</u>	автомат
Длина	
Ширина	1500
Высота	750
Масса (не более), кг	1870
	260

### Техническая характеристика

#### Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный «Дезар – 4» или эквивалент

##### Назначение

Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является эффективным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях в помещениях с повышенным риском распространения инфекционных заболеваний.

##### Область применения

- поликлиники
- стационары
- роддома
- станции переливания крови
- другие лечебно-профилактические учреждения

Технические характеристики	ОРУБ-03 Дезар-4
Лампы «Филипс» мощностью, Вт	2x15
Бактерицидная эффективность %	99,0
Категория помещения	II
Рекомендуемый объем, м <sup>3</sup>	35-45
Производительность, м <sup>3</sup> /ч	60
Срок службы ламп, ч	8000
Питание, В/Гц	220/50
Потребляемая мощность, Вт	200
	Д3: 160x360x810
Габариты, мм	Д4: 530x360x1100
масса, кг	8/10
Габариты (с упаковкой) мм	210x460x1060

#### Техническое задание на фетальный монитор (мониторируемые параметры: ЧСС плода (2 канала), сократительная активность матки, ЭКГ матери, автоматическая регистрация профиля движений плода)

№ п/п	Наименование параметра	Технические требования
<b>Общие условия</b>		
•	Разрешение на применение в медицинской практике на территории Российской Федерации	Наличие
•	Сертификат соответствия Госстандарта России	Наличие
<b>Общие характеристики монитора</b>		

	Назначение монитора	Аntenатальный фетальный монитор
	Физические данные монитора	Масса: не более 5.1 кг Размеры 335 x 286 x 133 мм Транспортная ручка
3.	Дисплей	Складывающийся 6,5 дюймовый цветной TFT-дисплей с возможностью наклона, широким углом обзора и отображением крупных цифр
4.	Интерфейс	Интуитивный цветной графический интерфейс с сенсорным дисплеем
5.	Встроенная ручка	Наличие
7.	Выдвигаемая опора для углового расположения монитора	Наличие
6.	Встроенный регистратор	Наличие
7.	Меню на русском языке	Наличие
8.	Универсальные разъемы для токо- и ультразвуковых датчиков	Наличие
9.	Автоматическое распознавание датчика с автоматической переконфигурацией дисплея	Наличие
10.	Конфигурируемый дисплей с возможностью изменения расположения и способов вывода параметров	Наличие
<b>Мониторируемые параметры</b>		
1.	Мониторируемые параметры: ЧСС плода-2 канала, сократительная активность матки, ЭКГ матери	Наличие
2.	Дополнительные мониторируемые параметры (опции): ЧСС плода до 3-х каналов, неинвазивное АД матери, частота пульса матери	Возможность
3.	Функция движения плода – для обнаружения и автоматической записи завершенных перемещений тела плода	Наличие
4.	Автоматическое управление каналами – позволяет подсоединять любой датчик плода, модуль пациента или дистанционный маркировщик событий к любому гнезду датчика для плода	Наличие

5.	Перекрестная проверка каналов между всеми ЧСС плода и матери	Наличие
6.	Индикатор обнаружения датчика	Наличие
7.	Системный интерфейс LAN/RS-232	Возможность
8.	Двойной интерфейс PS/2 – позволяет подсоединять монитор к готовым устройствам ввода “plug-and-play”: мышь, компьютерная клавиатура	Возможность
9.	Демонстрационный режим для обучения персонала	Наличие
10.	Встроенная память на 1 час мониторирования с возможностью быстрой распечатки	Наличие
<b>Рабочие характеристики монитора</b>		
<b>10</b>	<b>Требования к питанию</b>	
11	Потребляемая мощность (макс.)	60ВА
12	Напряжение сети	От 100 до 240 В переменного тока
13	Частота	50/60 Гц
<b>14</b>	<b>Условия эксплуатации</b>	
15	Температура при эксплуатации	От 0 до 45 гр. по Цельсию
16	Температура при хранении	От 20 до 60 гр. по Цельсию
17	Относительная влажность	Не более 95% при температуре 40 гр. По Цельсию
18	<b>Ультразвуковой режим</b>	
19	Система	Импульсно-волновой генератор
20	Диапазон УЗ измерений	50-240 уд./мин
21	Разрешение дисплея	1 уд./мин
22	Разрешение принтера	¼ уд./мин
23	Разброс значений при ЧСС 20 уд./мин	≤ 3 уд./мин
24	Частота обновления дисплея	1 раз в секунду
25	Интенсивность ультразвукового излучения: - Средняя выходная мощность - Пиковое отрицательное акустическое давление - Интенсивность выходного пучка - Пиковая в пространстве, средняя по времени интенсивность - Частота ультразвукового излучения	$P = (4,3 \pm 0,4)$ мВт $P_{-} = (33,9 \pm 3,6)$ кПа $I_{об} = (2,38 \pm 0,75)$ мВт/см <sup>2</sup> $I_{спта} = (10,3 \pm 2,2)$ мВт/см <sup>2</sup> От 1 МГц до 1,2 МГц
26	<b>ТОКО-Режим</b>	
27	Метод измерения	Сенсорный элемент тензодатчика
28	Чувствительность	1 единица=2,5г

29	Разрешение дисплея	1 единица
30	Разрешение принтера	1/4 единицы
31	Диапазон измерений	400 единиц
32	Диапазон сигнала	От 0 до 127 единиц
33	Диапазон максимального смещения	-300 единиц
34	Значение базовой линии	20 единиц
35	Дрейф базовой линии вследствие изменений температуры	1 ед./мин/С (атмосферного воздуха)
36	Частота обновления данных дисплея	4 измерения в секунду
37	Частота обновления данных принтера	4 измерения в секунду
38	Коррекция автоматического смещения	Через 3 секунды после подсоединения датчика значение токо- датчика устанавливается на отметке 20 единиц
39	Автоматическая настройка нуля	Значение токо-датчика во время измерения отрицательных значений устанавливается на нуль в течение 5 секунд
<b>Рабочие характеристики мониторинга ЭКГ матери</b>		
1.	Тип: - прямая ЭКГ плода  - ЭКГ матери	Одно отведение ЭКГ (данные снимаются со скальп-электрода плода)  Одно отведение ЭКГ (данные снимаются с электродов RA и LA)
2.	Диапазон измерений	От 30 до 240 уд./мин
3.	Разрешение: - дисплей - регистратор	1 мм рт. ст. ¼ мм рт. ст.
4.	Погрешность при 200 уд./мин	±2 уд./мин
5.	Диапазон входного сигнала: - прямая ЭКГ плода  - ЭКГ матери	20 мВ (размах) до 6 мВ (размах) 150 мВ (размах) до 6 мВ (размах)
6	Защита от дефибрилляции	Нет
7.	Защита от ЭСР	Нет
<b>Технические характеристики сигнала тревоги по ЧСС плода (УЗИ/ПрЭКГ)</b>		
•	<b>Пределы сигналов тревоги по ЧСС плода</b>	
•	Брадикардия (нижний предел)	От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.: 110 уд/мин
•	Тахикардия (верхний предел)	От 60 до 210 уд/мин настраивается с шагом 10 уд/мин. По умолч.: 170 уд/мин
•	<b>Задержка сигнала тревоги по ЧСС плода</b>	
•	Брадикардия (нижний предел), задержка	От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.: 240 с

•	Тахикардия (верхний предел), задержка	От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд. По умолч.:300 с
•	Задержка при потере сигнала	От 10 до 300 секунд с шагами по 10 секунд.
<b>Рабочие характеристики неинвазивного артериального давления</b>		
•	<b>Диапазоны измерений</b>	
•	Систолическое	От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа)
•	Диастолическое	От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа)
•	Среднее	От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа)
•	<b>Погрешность</b>	
•	Максимальное стандартное отклонение	8 мм рт. Ст. (1,1 кПа)
•	Максимальная средняя погрешность	+/- 5 мм рт.ст. (+/- 0,7 кПа)
•	Диапазон измерения ЧСС	От 40 до 300 уд/мин
•	<b>Частота пульса</b>	
•	Диапазон	От 40 до 300 уд/мин
•	Погрешность (средняя по циклу измерения неинвазивного артериального давления)	От 40 до 100 уд/мин, +/- 5 уд/мин От 101 до 200 уд/мин, +/- 5% от полученного значения От 201 до 300 уд/мин: +/- 10% от полученного значения
•	Время измерения	Типичное при ЧСС >60 уд/мин, Автоматический /ручной:30 с (взрослые) Максимальное время: 180 с (взрослые)
•	Время надувания манжеты	Обычная манжета для взрослых : менее 10 с
•	Первоначальное давление надувания манжеты	165+/-15 мм рт.ст.
•	Период повторения в автоматическом режиме	1,2,2,5, 3, 5, 10, 15, 20, 30 , 45, 60 или 120 мин
•	<b>Нагнетание в венепунктурном режиме</b>	
•	Давление надувания манжеты	От 20 до 120 мм рт. Ст. (от 3 до 16 кПа)
•	Автоматическое сдувание манжеты	170 с
•	<b>Технические характеристики сигнала тревоги</b>	
•	Систолическое	Взрослые: От 30 до 270 мм рт. ст. (от 4 до 36 кПа)
•	Диастолическое	Взрослые:От 10 до 245 мм рт. ст. (от 1,5 до 32 кПа)
•	Среднее	Взрослые: От 20 до 255 мм рт. ст. (от 2,5 до 34 кПа)
•	Значения предельного давления в манжете	> 300 мм рт. Ст. (40 кПа) >2 с
<b>Встроенный регистратор</b>		

<input type="checkbox"/>	Встроенный регистратор с термоматрицей, высоким разрешением, обнаружением отсутствия/конца бумаги	Наличие
<input type="checkbox"/>	Стандартные скорости (кривые реального времени): 3 см/мин 2 см/мин 1 см/мин	Наличие
<input type="checkbox"/>	Запись кривой ЭКГ (не в реальном масштабе времени): Эмулированная скорость 25 мм/с. Скорость печати переменная и зависит от загрузки устройства печати	Наличие
<input type="checkbox"/>	Прокрутка бумаги до 20 мм/с	Наличие
<input type="checkbox"/>	Чувствительные элементы	Оптический сенсор, работающий на отраженных сигналах
<input type="checkbox"/>	Погрешность	± 5 мм/страница
<input type="checkbox"/>	Пригодная для печати ширина	128 мм
<input type="checkbox"/>	Разрешение	8 точек/мм
<input type="checkbox"/>	Задержка времени, позволяющая просматривать кривую на бумаге	До 30 с при скорости 1 см/мин
<input type="checkbox"/>	Запись непрерывных кривых: -ЧСС плода -ЧСС матери -Движения плода -Сократительная активность матки	Наличие
<input type="checkbox"/>	Печать: - Время, Дата, Символы идентификации кривой, Режим мониторинга, Скорость перемещения бумаги - при первом включении, каждые 10 минут после включения, при каждой смене режима мониторинга - НИАД - аннотация в конце каждого измерения - ЧСС матери – каждые 5 минут	Наличие
<input type="checkbox"/>	Скорость подачи бумаги	1, 2, 3 см/мин
<input type="checkbox"/>	Автоматическая остановка на линии перфорации	Наличие
<input type="checkbox"/>	Максимальное время записи при загрузке полной пачки бумаги	Не менее 25 часов
<b>Возможности монитора</b>		
3.	Запись функции движения плода	Наличие
4.	Сепарация ЧСС двойни/тройни для удобства интерпретации	Наличие
5.	Индикация записи одинаковой ЧСС по обоим каналам	Наличие

6.	Подключение монитора в общую систему акушерского наблюдения с передачей всей информации для центрального мониторинга и возможность включения в общебольничную сеть	Возможность
7.	Автоматическое самотестирование при каждом включении	Наличие
8.	Удаленная маркировка событий	Наличие
<b>Принадлежности</b>		
<input type="checkbox"/>	Внешний проводной токо датчик	1
<input type="checkbox"/>	Внешний проводной ультразвуковой датчик	2
<input type="checkbox"/>	Многоразовый пояс для фиксации датчиков	5
<input type="checkbox"/>	УЗ гель, 250 мл, 12 шт.	1
<input type="checkbox"/>	Устройство для удаленной маркировки событий	1
<input type="checkbox"/>	Кабель ЭКГ	1
<input type="checkbox"/>	ЭКГ-электроды, 300 шт.	1
<input type="checkbox"/>	Сетевой шнур	1
<input type="checkbox"/>	Упаковка бумаги – 40 пачек	1
<input type="checkbox"/>	Руководство по эксплуатации	1
<input type="checkbox"/>	Стойка на роликах с поддоном	1
<b>Дополнительные условия</b>		
•	Наличие необходимого монтажного материала	Наличие
•	Гарантийный период обслуживания	12 месяцев

### Система реанимационная открытая

Параметр	Требование технического задания
Инфракрасный обогреватель сверху	Наличие
Управление ручное или автоматическое на основе показаний датчиков с использованием дисплея	Наличие
Датчик температурный кожи ( не менее 2 шт)	Наличие
Ложе ребенка с модулем нагревателя	Наличие
Матрас для ложа (наполнитель гель)	Наличие
Датчик температуры нагрева поверхности матраса	Наличие
Чёткие текстовые сообщения тревоги и информации на дисплее	Наличие
Мониторинг кожной температуры	Наличие
Лампы галогеновые - два уровня яркости (рабочий и ночной)	Наличие

Встроенная лампа фототерапии	Наличие
Диапазон угла наклона кровати	от -15 до + 20 град. (плавная регулировка)
Возможность отведения верхнего источника в сторону для удобства работы с ребенком.	до 140 град.
Накожные датчики- система сервоконтроля кожной температуры ребенка	Не менее 2 шт.
Цветной ЖК-дисплей, интегрированный	320*240 точки
Апгар -таймер	звуковой сигнал на 1, 5 и 10 минуте
Запись трендов	48 часов
Тележка с лифтом	Наличие
Стенки ложа из плексигласа	Наличие
Порты для трубок и кабелей в стенках	Не менее 6 шт.
Электропитание	220/110В (50/60 Гц)
Диапазон установок температуры воздуха на уровне ложа ребенка	от 20 до 38,5 градусов
Время прогрева поверхности ложа	5 -7 минут
Система тревожных сообщений и сигнализации	световая и звуковая
Сигнал повреждения системы питания	Наличие
Сигнал отклонения температуры на 1 град.	Наличие
Неисправность датчика температуры матраса	Наличие
Неисправность датчика температуры тела	Наличие
<b>Комплектность</b>	
Мобильное основание с лифтом на 4-х колесах	Наличие
Блокировка колес	Наличие
Полка для монитора	Наличие
Ящик выдвижной	Наличие
<b>Прочее</b>	
Регистрационное удостоверение МЗ РФ, сертификат ГОСТ	Наличие
Ввод оборудования в эксплуатацию представителем производителя	Наличие
Гарантия в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию	Наличие
Инструктаж на рабочем месте пользователя представителем производителя	Наличие

### Техническая характеристика

#### Гинекологическое кресло с электрическим приводом

№ п/ п	Параметры	Требования техзадания
	Наличие регистрационного удостоверения Минздрава России	наличие
	Наличие сертификата Госстандарта России	наличие
	Размеры (длина x ширина), см	
	- основание 72 x 90	наличие
	- спинная секция 59 x 81	наличие
	- тазовая секция 56 x 35	наличие
	- ножная секция 56 x 36	возможность
	Номинальная грузоподъемность 180 кг	наличие
	Регулировка высоты, см 75 – 90	наличие
	Привод регулировки высоты электрический	наличие
	Привод регулировки спинной секции электрический	наличие
	- угол наклона спинной секции 0° - 70°	наличие
	Привод регулировки тазовой секции электрический	наличие
	- угол наклона тазовой секции 0° - 45°	наличие
	Привод регулировки Тренд-антиТренд электрический	наличие
	- угол наклона 25° - +25°	наличие
	Пара вращающихся и регулирующихся по высоте ногодержателей Гепеля с радиальным зажимом	наличие
	Съемный мягкий головной подголовник	наличие
	Тазик из металла Inox	наличие
	Ручки пациента	наличие
	Держатель для бумажных полотенец	наличие
	Ножная ступень встроенная, складывающаяся под кресло	наличие
	Инструкция по эксплуатации на русском языке	наличие
	Гарантия 12 месяцев	наличие

**Техническая характеристика**

**Столик инструментальный с 2 полками из нержавеющей стали СИ-04МСГ или эквивалент**

Столик инструментальный передвижной, 2-х полочный с двумя ручками, нержавейка, размер 712x448x893

**Стерилизатор-шкаф суховоздушный ШС-80-01-СПУ или эквивалент**

**Назначение и область применения**

ШС-80-01-СПУ предназначен для сушки стеклянной и металлической посуды, термостойких шприцев, хирургического и другого инструмента в больницах, микробиологических лабораториях, аптеках и других медицинских учреждениях. Шкаф имеет ручное задание температуры в рабочей камере и цифровую индикацию текущей температуры. В комплект поставки входит одна полка. Питание: однофазная сеть переменного тока напряжением 220 - 10% В, частотой 50 Гц.

**Технические характеристики**

Потребляемая мощность, кВА, не более	2.2
Диапазон автоматически поддерживаемых температур в рабочей камере, 0С	50-200
Предельное отклонение t0 в контрольных точках от t0 в опорной точке, 0С	
при t0 от +50 до 1200С	±4
при t0 от +120 до 2000С	±6
Погрешность стабилизации температуры в опорной точке рабочей камеры в установившемся режим, не более, )С	
при t0 от +50 до 1200С	±4
при t0 от +120 до 2000С	±6
Время достижения установившегося режима, час	2
Время непрерывной работы, час, не более	16
Габариты, мм	
Прибора (Ш*Г*В)	680*610*880
рабочей камеры (Ш*Г*В)	400*400*500
Масса, кг, не более	75

**Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-6 или эквивалент**

Срок сохранения стерильности - 20 суток

**Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-9 или эквивалент**

Срок сохранения стерильности - 20 суток

**Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-12 или эквивалент**

Срок сохранения стерильности - 20 суток

**Коробка стерилизационная с фильтром КСФК-18 или эквивалент**

Срок сохранения стерильности - 20 суток

Техническая характеристика

ЛОР-установка «MODULA-EUROPA Variant» или эквивалент

11,5	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра, заданная по ТЗ	Наличие функции или предлагаемая величина параметра	Примечание
А	Регистрационное удостоверение Минздрава России	Наличие		
Б	Сертификат Госстандарта России	Наличие		
В	Санитарно - эпидемиологическое заключение	Наличие		
<b>1. Состав системы</b>				
1.1	ЛОР - установка	1		
<b>2. Функциональные требования</b>				
<b>2.1.</b>	<b>ЛОР - установка</b>			
2.1.1.	прочный стабильный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, поглощающих шум, со специальным покрытием из порошкового напыления с термообжигом	Наличие		
2.1.2.	мобильность	Наличие		
2.1.3.	отсек для размещения инструментов на 2 уровнях, с встроенной внутренней подсветкой, закрываемый прозрачной акриловой крышкой, убирающейся за установку	Наличие		
2.1.4.	габариты: - ширина - высота - глубина	не менее 900 мм не менее 1110 мм не менее 500 мм		
2.1.5.	выдвижные ящики разного размера глубиной не менее 10 см, в правой части установки	Не менее 4		
2.1.6.	выдвижная столешница	Наличие		
2.1.7.	встроенный отсек мусоросборника с доводчиком, открываемый ножной педалью	Наличие		

2.1.8.	встроенный выдвигающийся лоток для использованных инструментов	Не менее 1		
2.1.9.	комплект лотков для инструментов из нержавеющей стали	Наличие		
2.1.10.	съемные пластиковые резервуары для дезинфекции эндоскопов и пр.	Не менее 3		
2.1.11.	подогреватель отоларингологических зеркал встроенный с вентилятором для принудительной подачи горячего воздуха, автоматическое отключение	Наличие		
2.1.12.	встроенная система вакуумной аспирации <ul style="list-style-type: none"> <li>• мощность, л/мин</li> <li>• вакуум, бар</li> <li>• емкость-сборник секретий с предохранителем от переполнения, л</li> <li>• антибактериальный фильтр</li> <li>• контрольный манометр</li> <li>• автоматика включения-выключения</li> </ul>	Не менее 40 Не менее $0,95 \pm 10$ % Не менее 2,75		
2.1.13.	система распыления медикаментов <ul style="list-style-type: none"> <li>• безмасляный компрессор</li> <li>• рукоятка из нержавеющей стали в форме «пистолета»</li> <li>• флакон для медикаментов с распылительными насадками с изменяемым углом орошения, 3 шт.</li> <li>• контрольный манометр</li> <li>• регулятор давления</li> </ul>	Наличие		
2.1.14.	поворотная панель с гнездами для шланга отсоса, рукоятки системы распыления, водяного «пистолета» и гибкого световода	Наличие		
2.1.15.	электронная панель для управления ЛОР - установкой с сенсорными влагозащищенными кнопками (8 шт.)	Наличие		

2.1.16.	<p>система промывания</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• автоматический подогрев раствора до 37°C</li> <li>• бак для хранения раствора, не менее 4 л</li> <li>• отдельный бак для подогрева раствора, не менее 1,5 л</li> <li>• регулировка напора воды кнопкой на рукоятке</li> <li>• съемная металлическая канюля</li> <li>• съемный защитный щиток</li> </ul>	Наличие		
2.1.17.	чаша для промывания ушей, адаптируемая к системе отсоса	Наличие		
2.1.18.	источник холодного освещения с гнездом для световода эндоскопа, налобной лампы холодного света, 150 Вт, регулировка яркости	Наличие		
2.1.19.	Держатель для налобной лампы с автоматическим включением/выключением света	Наличие		
2.1.20.	Налобный осветитель холодного света с встроенным световодом, возможностью фокусировки пучка света, подключаемый к источнику света ЛОР-установки	Наличие		
2.1.21	Массажер барабанных перепонок с таймером	Наличие		
<b>3. Дополнительные условия</b>				
3.1.	Гарантийное обслуживание с момента монтажа	Не менее 12 месяцев		
3.2.	Инструктаж персонала на рабочем месте	Наличие		
3.3.	Доставка, пусконаладочные работы и ввод в эксплуатацию	Наличие		

**Техническая характеристика**

**Многофункциональный ультразвуковой медицинский прибор для доплеровских и эхоэнцефалографических обследований с компьютером и программным обеспечением «Сономед-325» или эквивалент**

Возможности:

- Доплеровские обследования периферических и экстракраниальных сосудов;
- Доплеровские обследования интракраниальных сосудов;
- Доплеровское обследование маточно-плацентарного и плодового кровотока;
- Эхоэнцефалографические обследования срединных структур и объемных поражений головного мозга;
- Эхоэнцефалографические обследования пульсирующих структур головного мозга.

Технические характеристики:

Доплеровский модуль

Набор датчиков: 2,4,8 МГц

Интенсивность излучения:

2 МГц < 1.0 мВт/мм (PW)

4 и 8 МГц < 0.4 мВт/мм (CW)

Диапазон частот: 100 Гц – 20 кГц

Фильтр ФВЧ: 100,200,400,800 Гц

Частота построения: 5-16 кГц с шагом 1 кГц

Глубина зондирования: 30-130 мм с шагом 1 мм

Объем зондирования: 3-20 мм с шагом 1 мм

Спектроанализатор: 64/128/256 FFT

Отображение: программируемое количество выборок в зависимости от размера окна (максимальное – 512 выборок по 256 отчетов)

Гамма-корректор: 32 цвета / оттенка

Вычисление в реальном времени индексов (RI,PI,ISD,STI,HR)

Вычисление в реальном времени кривых

(Vs, Vd, Vave)

Установка в реальном времени маркеров систолы / диастолы.

Эхоэнцефалографический модуль

Набор датчиков: 1.0,1.5,2.0 МГц

Интенсивность излучения: < 0.3 мВт/мм

Разрешающая способность:

с датчиком 1.0 МГц – 3.2 мм

с датчиком 1.5 МГц – 2.4 мм

с датчиком 2.0 МГц – 1.6 мм

Режимы: А – эхограмма

А+Р – эхограмма и пульсограмма

А+А – трансмиссионный

А+М – эхограмма и М-мода

Число эхоэнцефалографических каналов: 2

Компьютер

Компьютер Inter Pentium/Sb/SVGA/FDD/CD-ROM

Операционная система: Windows NT/2000

Манипулятор: мышь, трекбол, функциональная клавиатура

Монитор: 15"SVGA CRT/TFT

Принтер: цветной струйный / лазерный

Электробезопасность Соответствует классу I-BT

### Техническая характеристика

#### **Шкаф вытяжной профильный ШВ-102ПА без подвода воды или эквивалент**

Шкаф металлический, покрытый полимерной эпоксидной порошковой краской.

Столешница-лабораторный пластик Alfa Ica (прессованный бумажно-слоистый пластик с двухсторонней глянцевой поверхностью), толщина 16 мм

Каркас вытяжной камеры-алюминиевый профиль

Вытяжная камера со вставками из конструкционной стали (0,8 мм) с окрашиванием.

Вытяжка из рабочей зоны.

Каркас рамы основания шкафа изготовлен из стальной трубы квадратного сечения 25 x 25

Основание шкафа-три тумбы с полками (металлические), ручки из нержавеющей стали.

Регулируемые опоры позволяют скомпенсировать неровности пола.

Подъемный экран из листового конструкционного оргстекла с фиксированной установкой на различной высоте (три положения), максимальная высота 700 мм

Комплектация:

-3 электророзетки на 220 В на передней панели,

-автомат отключения электропитания 16 А

-патрубок для подключения к вентиляционной системе 200 мм

-освещение камеры (светильник люминисцентный ЛПО69-4x20(18)-002ТУ208.1759-98 (4x18Вт) с выключателем на передней панели.

**Техническая характеристика**

**Прибор для измерения артериального давления**

Механический, манжета (увеличенный размер с окружностью плеча 25-40 см) с внутренней латексной камерой, износостойкая капроновая, со стетофонендоскопом.

**Дефибриллятор**

В соответствии с технической спецификацией

Сетевое напряжение, бортовое напряжение и аккумуляторное, режим работы: синхронизированная/асинхронная, внешняя дефибрилляция, разряды: 60 по 360 Дж; 20<sup>0</sup>, 30 по 360 Дж при 0<sup>0</sup>, время зарядки 1 с (100 Дж), 5 с (360 Дж) жидкокристаллический монитор, корпус выполнен из особого ударопрочного пластика.

**Техническая характеристика**

**Стоматологическая установка SMILE MINI 04-3 (Необходимая комплектация)  
(производитель: CHIRANA MEDICAL (Словакия)) или эквивалент**

Столик врача с нижней подачей шлангов на пантографическом плече, блок поворотной плевательницы со слюноотсосом и пылесосом, с креслом SK1-01 с пневматикой на 5 инструментов, светильник FARO (Италия) с принудительным охлаждением и регулировкой освещенности, световая индикация, встроенный негатоскоп, автономная подача воды, столик врача на пантографе, двухуровневая педаль, керамическая плевательница, смазка Smioil, Компрессор, Микромотор – 2 шт., Прямой наконечник – 2 шт., угловой наконечник – 2 шт. турбинный наконечник 4-х канальный – 2 шт., стул врача + стул стоматолога, цвет: кресла, стула врача и стула стоматолога – бирюза, упаковка.

На бланке  
организации  
Дата, исх. номер

**Уполномоченному органу:**

Управление экономики  
администрации города Владимира  
600000, г. Владимир, ул. Горького,  
д.36

### **ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ**

на право заключить муниципальный контракт на поставку медицинского оборудования для нужд лечебно-профилактических учреждений г. Владимира на 3 квартал 2008 года.

1. Изучив документацию об открытом аукционе на право заключить вышеупомянутый контракт, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты

---

*(указать полное наименование участника размещения заказа, индекс, почтовый адрес)*

в лице \_\_\_\_\_

*(указать должность, ФИО)*

действующего на основании \_\_\_\_\_, сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные аукционом функции в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, которые мы представили в техническом предложении, являющемся неотъемлемой частью настоящей заявки.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает \_\_\_\_\_ % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, уполномоченного органа, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников аукциона условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

5. Настоящим подтверждаем, что ознакомлены с проектом муниципального контракта и принимаем его полностью.

6. В случае признания нас победителем аукциона мы берем на себя обязательства подписать вышеупомянутый контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе в течение \_\_\_\_\_ дней со дня подписания протокола аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

7. В случае, если нами будет сделано предпоследнее предложение о цене контракта, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, мы обязуемся подписать данный контракт в соответствии с требованиями документации об аукционе и условиями нашего предложения по цене.

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия, нами уполномочен \_\_\_\_\_

9. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на \_\_\_\_\_ стр.

Руководитель организации  
М.П.

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*

Главный бухгалтер организации

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О.*



## АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

<b>1. Полное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>2. Сокращенное наименование участника размещения заказа:</b>	
<b>9. Регистрационные данные:</b>	
3.1. Дата и номер свидетельства о государственной регистрации	
3.2. Место государственной регистрации	
3.3. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой участник размещения заказа зарегистрирован в качестве налогоплательщика	
3.4. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника размещения заказа	
<b>4. Юридический адрес участника размещения заказа:</b>	
<b>5. Почтовый адрес участника размещения заказа:</b>	
5.1. Адрес	
5.2. Телефон	
5.3. Факс	
5.4. Адрес электронной почты	
5.5. Адрес сайта в сети "Интернет"	
<b>6. Банковские реквизиты (может быть несколько):</b>	
6.1. Наименование обслуживающего банка	
6.2. Расчетный счет	
6.3. Корреспондентский счет	
6.4. Код БИК	
<b>7. Сведения о выданных участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по государственному контракту</b> <i>(указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия, срок действия лицензии)</i>	

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель организации \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *Фамилия И.О*

Главный бухгалтер организации \_\_\_\_\_

**ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ  
ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-  
УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА**

На бланке организации

**ДОВЕРЕННОСТЬ № \_\_\_\_\_**

\_\_\_\_\_  
*(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)*

\_\_\_\_\_  
*(полное наименование участника размещения заказа)*

доверяет \_\_\_\_\_  
*(фамилия, имя, отчество, должность)*

паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

представлять интересы \_\_\_\_\_  
*(наименование участника размещения заказа)*

на открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на  
\_\_\_\_\_  
*(указать предмет аукциона)*

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять необходимые документы, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, участвовать в процедуре проведения аукциона, а также совершать иные действия, связанные с его выполнением.

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяем.  
(Ф.И.О. удостоверяемого) (подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Руководитель организации \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )  
(Ф.И.О.)

Дата, исх. номер  
На бланке организации

Заказчику  
Уполномоченному органу

### ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на \_\_\_\_\_

для нужд \_\_\_\_\_

(дата и время проведения аукциона – «\_\_\_»\_\_\_\_\_2008 г. в \_\_:\_\_ по московскому времени):

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
1.			
2.			
3.			

Ответ на запрос прошу направить в организацию по адресу:

\_\_\_\_\_

*(почтовый адрес организации, направившей запрос)*

Руководитель организации \_\_\_\_\_

*подпись*

\_\_\_\_\_

*Фамилия И.О.*

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № \_\_\_\_\_**  
на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира  
для лотов №№ 1-17

г.Владимир

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2008 г.

**Управление здравоохранения администрации города Владимира**, именуемое в дальнейшем Заказчик, от имени и в интересах города Владимира, в соответствии с Положением об Управлении, утвержденным постановлением главы города Владимира от 18.05.2005 № 184, в лице начальника Управления Савинова Владимира Евгеньевича, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, руководствуясь ст. ст. 525-532 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании результатов размещения заказа на поставку товаров для муниципальных нужд города Владимира путем проведения открытого аукциона протокол № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г. заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику либо по его указанию учреждению здравоохранения (Покупателю) на основании договора поставки \_\_\_\_\_ (далее именуемый Товар), в количестве \_\_\_\_\_, произвести разгрузку, установку, пуск, наладку, инструктаж персонала по работе на поставляемом оборудовании, а Заказчик обеспечить оплату Покупателем данного Товара.

1.2. Передача Товара Покупателю осуществляется по накладным и счетам-фактурам.

### 2. ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1. Цена единицы поставляемой продукции не может превышать цену единицы продукции в рублевом эквиваленте на момент объявления по результатам конкурса на размещение заказа на поставки товаров для муниципальных нужд города Владимира (Приложение 1 к Контракту).

2.2. Количество и цена Товара указывается в накладных и счетах-фактурах.

2.3. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_ руб., в том числе НДС - \_\_\_\_\_% \_\_\_\_\_ руб. (цифрами и прописью).

2.4. Заказчик в течение всего срока действия Контракта, по согласованию с Поставщиком вправе изменить объем (количество) поставляемых по настоящему Контракту Товаров и сопутствующих услуг, но не более чем на десять процентов такого объема (количества), в случае выявления потребности в дополнительных Товарах, или прекращения потребности в Товарах и сопутствующих услугах, поставляемых по настоящему Контракту (при размещении заказов путем проведения конкурсов и аукционов).

2.5. Изменение объемов (количества) поставляемых Товаров и сопутствующих услуг оформляются дополнительным соглашением, подписываемым Сторонами.

### 3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в установленные сторонами сроки

поставки путем отгрузки (передачи) Товара Покупателю или по его указанию иному лицу.

3.2. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем с момента подписания Акта о приеме-передаче поставленного Товара.

3.3. Товар, не соответствующий требованиям, указанным в спецификации поставляемых товаров (Приложение 1 к Контракту), а также некомплектный Товар считается недопоставленным.

#### 4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА

4.1. Приемка Товара осуществляется в сроки, определенные муниципальным контрактом. При приемке товара ответственное лицо:

4.1.1. Проверяет соответствие Товара по количеству, комплектности и качеству требованиям, установленным муниципальным контрактом, а также сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

4.1.2. Проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Поставщиком на предмет соответствия их оформлению требованиям законодательства Российской Федерации и условиям муниципального контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной документации.

4.1.3. При необходимости запрашивает от Поставщика недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам.

4.1.4. При выявлении несоответствий или недостатков поставленного Товара незамедлительно оформляет акт, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляет акт устранения недостатков.

4.1.5. Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия Товара условиям муниципального контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.2. По результатам приемки поставленного Товара оформляется Акт о приеме-передаче поставленного Товара по формам № ОС-1, ОС-1б, утвержденным постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 №7.

#### 5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СРОКИ ПОСТАВКИ

5.1. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику и Покупателю, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Покупателем денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика несет Поставщик.

5.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, оплата Товара производится Покупателем только после поставки последней части, входящей в комплект.

5.3. Оплата Товара производится в течение 30 календарных дней после сдачи Поставщиком и приемки Покупателем Товара, оформленного актом о приеме-передаче.

5.4. В рамках исполнения настоящего Контракта поставка Товара Покупателю осуществляется в соответствии с Графиком поставки (Приложение 2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

5.5. Датой поставки партии Товара считается дата подписания Покупателем товарных накладных.

5.6. В случае не соответствия количества или ассортимента Товара указанного в накладной и счете-фактуре Покупатель обязан составить в 2-х экземплярах акт о недостатке

или пересортице.

5.7. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Основанием для финансирования оплаты за поставленный товар является настоящий муниципальный контракт и договор поставки товаров для муниципальных нужд, заключенный между Поставщиком и Покупателем.

6.2. Заказчик не позднее 5-дневного срока со дня подписания данного контракта направляет Поставщику и Покупателю разнарядку на поставку товаров.

6.3. Разнарядка на поставку товаров, выданная Заказчиком в соответствии с данным контрактом, является основанием заключения в соответствии с данным контрактом договора поставки товаров для муниципальных нужд.

6.4. Поставщик заключает договор поставки товаров для муниципальных нужд с Покупателем в течение 3 дней с момента получения разнарядки на поставку товаров.

## 7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Покупатель обязан:

7.1.1. Принять и оплатить Товар согласно условиям настоящего Контракта.

7.1.2. Осуществлять в установленные настоящим Контрактом сроки проверку Товара по количеству, ассортименту и качеству, составить и подписать соответствующие документы (накладную и т.д.).

7.2. Поставщик обязан:

7.2.1. Передать Покупателю Товар на условиях и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.2.2. Поставить Товары Покупателю собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет.

7.2.3. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.2.4. Устранять недостатки Товара и некомплектность в течение 10 (десяти) дней с момента заявления о них Покупателем.

Расходы, связанные с устранением недостатками Товара и некомплектности несет Поставщик.

7.2.5. По требованию Покупателя заменить Товар на Товар, соответствующий по качествам условиям настоящего Контракта.

7.2.6. На поставляемый Товар Поставщик дает гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

Гарантийный срок на поставляемый Товар определяется в технических характеристиках. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на маркировочном ярлыке поставленного Товара.

7.2.7. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый ремонт, устранение недостатков, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## 8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально

подтверждены.

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

## 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства по настоящему Контракту. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Покупатель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.

9.3. Заказчик расторгает настоящий Контракт в одностороннем порядке в следующих случаях:

9.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Поставщиком на этапе размещения заказа;

9.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Поставщика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

9.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

9.3.4. Если у Поставщика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

9.3.5. В случае не соблюдения Подрядчиком обязанности по заключению договора подряда для муниципальных нужд с Учреждением, предусмотренной п. 6.4. настоящего договора.

9.4. В случае несоблюдения условий поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1 % стоимости Товара за каждый день просрочки.

9.5. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, если это не урегулировано дополнительным соглашением.

9.6. Все иные противоречия, возникающие между Сторонами, регулируются

действующим законодательством.

9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

#### 10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.

10.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

#### 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

11.1. Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

11.2. Контракт, может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

#### 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

#### 13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Заказчик: Управление здравоохранения администрации города Владимира  
600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 75  
лицевой счет № 03055001491 в УФК по Владимирской области (ОФК 02, Управление  
здравоохранения администрации города Владимира) по г. Владимиру, ИНН 3302011565, КПП  
332901001, р\счет 40204810300000000040 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской обл., г.  
Владимир, БИК 041708001.

#### ПОДПИСИ СТОРОН:

Поставщик:

Заказчик:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/Савинов В.Е.

М.П.

М.П.

**Приложение 1**  
**к муниципальному контракту**  
**на поставки товаров**  
от " \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ № \_\_\_\_\_

**Спецификация поставляемых товаров**

Наименование товара	Ед.изм	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

Наименование сопутствующей услуги	Ед.изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Кол-во	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.

**ЗАКАЗЧИК**

Управление здравоохранения  
администрации г.Владимира

\_\_\_\_\_ Савинов В.Е.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008г.

**ПОСТАВЩИК**

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

**Приложение 2**  
**к муниципальному контракту**  
**на поставку товаров**  
**для муниципальных нужд г. Владимира**  
**от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 2008 № \_\_\_\_\_**

**ГРАФИК ПОСТАВКИ**

№ п/п	Наименование товара	Ед.изм.	Кол-во	Срок исполнения, поставки	Примечание
1					

ЗАКАЗЧИК

Управление здравоохранения

администрации г.Владимира

\_\_\_\_\_ Савинов В.Е.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008г.

ПОСТАВЩИК

\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2008 г.

# ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### 1. Законодательное регулирование.

1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов, включая нормативные правовые акты Владимирской области и администрации города Владимира.

### 2. Уполномоченный орган

2.1. Уполномоченный орган и муниципальный заказчик указанные в Информационной карте аукциона, проводят открытый аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.

2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте аукциона, выполняет функции по организации и проведению аукциона от имени и по поручению администрации города.

### 3. Комиссия по размещению заказа путем проведения торгов.

3.1. Состав комиссии по размещению заказа путем проведения торгов (далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены постановлением главы города Владимира от 21.11.2007 № 4529.

### 4. Информационное обеспечение аукциона.

4.1. Официальным печатным изданием администрации города Владимира для опубликования информации о проведении аукциона является ООО РКФ "Перископ".

4.2. Официальным сайтом администрации города Владимира в сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона является адрес [www.vladimir-city.ru](http://www.vladimir-city.ru)

4.3. Извещение о проведении аукциона публикуется уполномоченным органом в официальном печатном издании и размещается на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### 5. Требования к участникам размещения заказа.

5.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

5.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

– требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте аукциона;

– требованию о непроведении ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведении в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– требованию о неприостановлении деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

– требованию об отсутствии у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается

соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято.

5.3. Заказчик, уполномоченный орган вправе также установить следующие требования к участникам размещения заказа:

– обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением муниципального контракта заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности;

– отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

Соответствующие требования указываются в Информационной карте аукциона.

## **6. Отстранение от участия в аукционе.**

6.1. Заказчик, уполномоченный орган, комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта в следующих случаях:

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– в случае установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

– в случае установления факта приостановления деятельности участника размещения заказа юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

## **7. Затраты на участие в аукционе.**

7.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, участием в аукционе и заключением муниципального контракта.

7.2. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов аукциона.

## **8. Отказ от проведения аукциона.**

8.1. Заказчик, уполномоченный орган вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона публикуется в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней и размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона.

8.3. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения уполномоченный орган направляет соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

# **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ**

## **9. Порядок предоставления документации.**

9.1. Со дня опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона уполномоченный орган на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона.

9.2. Запрос на получение документации должен быть направлен в адрес уполномоченного органа и содержать следующие сведения:

– наименование предмета аукциона, дата его проведения.

– наименование организации-заявителя либо фамилия, имя, отчество физического лица

(индивидуального предпринимателя);

– юридический, почтовый адрес;

- код города, номер телефона и факса;
- адрес электронной почты;
- фамилия, имя, отчество и должность контактного лица, его телефон.

9.3. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте.

## **10. Разъяснение положений документации.**

10.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Любой участник размещения заказа вправе не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, направить в письменной форме запрос о разъяснении положений документации об аукционе по форме, приложенной к настоящей документации.

10.3. Запрос о разъяснении положений документации об аукционе должен быть направлен участником размещения заказа в адрес заказчика и в адрес уполномоченного органа.

10.4. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

## **11. Внесение изменений в документацию.**

11.1. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

11.2. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в документацию об аукционе такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

11.3. В случае внесения изменений в документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

11.4. Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе в порядке, отличном от указанного в извещении о проведении аукциона, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.

Заказчик, уполномоченный орган, не несут ответственности в случае, если участник размещения заказа не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим образом.

## **ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **12. Требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе.**

12.1. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в письменной форме в запечатанном конверте в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации, а также с учетом особенностей, указанных в Информационной карте аукциона.

12.2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский язык.

12.3. Заявка на участие в аукционе, которую представляет участник размещения заказа в

соответствии с настоящей документацией, должна:

- быть подготовлена по формам, приложенным к настоящей документации;
- содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте аукциона.

### **13. Требования к описанию участниками размещения заказа предмета аукциона.**

13.1. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона, в том числе его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте аукциона и по форме, приложенной к настоящей документации.

**13.2. Описание участниками размещения заказа предмета аукциона должно быть развернутое по каждой позиции установленной формы. Не допускается при заполнении формы применение коротких односложных понятий, таких как: «наличие», «обеспечены», «да», «нет» и т.п. без соответствующего документального подтверждения.**

### **14. Требования к оформлению заявок на участие в аукционе.**

14.1. При описании условий и предложений участниками размещения заказа должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

14.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников размещения заказа, не должны допускать двусмысленных толкований.

14.3. Все документы, представленные участниками размещения заказа, должны быть скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица (для юридических лиц), подписаны физическими лицами собственноручно. **Все документы в составе заявки должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью уполномоченного лица участника размещения заказа – юридического лица и собственноручно заверены участником размещения заказа – физическим лицом.** Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в аукционе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации или в Информационной карте аукциона.

14.4. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

14.5. Все документы в составе заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных (для физических лиц).

14.6. Все документы, представляемые участниками размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам.

14.7. Представленные в составе заявки на участие в аукционе документы не возвращаются участнику размещения заказа.

## **ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **15. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.**

15.1. Прием заявок на участие в аукционе начинается в день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, и прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

15.2. Заявки на участие в аукционе до последнего дня срока подачи заявок на участие в аукционе (исключая последний день подачи заявок на участие в аукционе) подаются по адресу, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявки подаются на заседании комиссии непосредственно перед рассмотрением заявок на участие в аукционе по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении аукциона.**

Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и с опозданием.

15.3. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 15.1. настоящего раздела, регистрируется уполномоченным органом в Журнале регистрации заявок на участие в торгах. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, ему выдается расписка в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

15.4. Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте. На таком конверте указывается:

- слова «ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- слова «не вскрывать до...» (указать время и дату рассмотрения заявок на участие в аукционе).

15.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

**В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.**

15.6. В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов одним участником размещения заказа, такие заявки подаются в следующем порядке. Все заявки на участие в аукционе в отношении нескольких лотов подаются участником размещения заказа **в одном конверте**, в котором содержатся: один комплект общих для всех заявок документов, и отдельные комплекты документов, специфичных для каждого лота, в том числе: **заявка на участие в аукционе; техническое предложение, а также иные документы по усмотрению участника размещения заказа**

**Указанные комплекты документов должны быть оформлены в соответствии с пунктом 14.3. настоящей документации.**

15.7. Участники размещения заказа, подавшие заявки, заказчик, уполномоченный орган обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в аукционе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

15.8. Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, указанном выше, заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

15.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

## **16. Отзыв заявок на участие в аукционе.**

16.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку на любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.2. Уведомление об отзыве заявки подается в письменной форме. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация:

- наименование и адрес уполномоченного органа;
- слова «ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ»;
- название предмета аукциона (лота);
- наименование участника размещения заказа, его почтовый адрес;
- регистрационный номер и дата заявки на участие в аукционе;
- время и дата рассмотрения заявок на участие в аукционе.

При необходимости участник размещения заказа вправе в уведомлении об отзыве заявки на участие в аукционе указать просьбу вернуть отозванную им заявку. В этом случае в уведомлении об отзыве заявки указывается адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическим лицом участником размещения заказа.

16.3. До последнего дня подачи заявок на участие в аукционе, уведомления об отзыве заявок на участие в аукционе подаются по адресу уполномоченного органа, указанному в извещении о проведении аукциона и Информационной карте аукциона.

**В день окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, заявки на участие в аукционе отзываются на заседании комиссии непосредственно перед началом рассмотрения заявок** по адресу, по которому осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, указанному в извещении о проведении открытого аукциона и Информационной карте аукциона.

16.4. Отзывы заявок на участие в аукционе регистрируются в порядке, установленном в пункте 15.3. настоящего раздела.

16.5. Заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация не несут ответственность за негативные последствия, наступившие для участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе которого отозвана.

16.6. Заявки на участие в аукционе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

16.7. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в аукционе.

### **17. Заявки на участие в аукционе, поданные с опозданием.**

16.1. Полученные после окончания времени приема заявок, конверты с заявками на участие в аукционе вскрываются, и в тот же день заявки возвращаются участникам размещения заказа по адресу, указанному в заявке на участие в аукционе. Данные о вскрытии конвертов заявками на участие в аукционе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в аукционе, фиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному аукциону.

## **ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ**

### **18. Рассмотрение заявок на участие в аукционе.**

18.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией и действующим законодательством, проверяется наличие необходимых документов и правильность их оформления.

18.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

### **19. Допуск к участию в аукционе.**

19.1. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение:

- о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона;
- об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе.

19.2. Участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в аукционе в случае:

- непредоставления определенных документацией об аукционе документов в составе заявки на участие в аукционе либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о предмете аукциона;
- несоответствия требованиям, установленным в пункте 5.2. настоящей документации;
- несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям настоящей документации.

19.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято относительно только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе в отношении этого лота.

## ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

### 20. Регистрация участников аукциона.

20.1. В аукционе участвуют только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона.

20.2. Перед началом проведения аукциона представители участников аукциона, допущенные к нему, регистрируются в Протоколе регистрации участников аукциона.

20.3. Участники аукциона или их уполномоченные представители при регистрации предъявляют паспорт, документ о занимаемой должности для лица, полномочного в соответствии с учредительными документами представлять организацию без доверенности, или доверенность, на имя представителя, подтверждающую его полномочия. Доверенность от имени физических лиц должна быть удостоверена нотариально. **Без подтверждения полномочий представитель участника аукциона не допускается на торги.**

20.4. Перед началом проведения аукциона комиссия проверяет документы и полномочия, необходимые для участия в аукционе, у присутствующих представителей участников аукциона.

После этого уполномоченные представители участников аукциона получают от Комиссии карточки с номерами (далее – «аукционные номера»).

20.5. В Протоколе регистрации участников аукциона указываются:

- наименование (фамилия, имя отчество) участника аукциона;
- фамилия, имя, отчество представителя участника аукциона его паспортные данные;
- реквизиты документа, подтверждающего полномочия представлять участника аукциона

(доверенности и др.);

- выданный аукционный номер;
- подпись присутствующего физического лица.

### 21. Проведение аукциона.

21.1. Аукцион начинается с объявления председательствующим комиссии о начале проведения аукциона и количестве лотов, выставленных на аукцион, наименование (фамилию, имя, отчество) участников, допущенных или не допущенных к участию в аукционе, наименование (фамилию, имя, отчество) участников которые допущены к участию в аукционе, но не явились на аукцион. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества (преференции) для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, председательствующий комиссии сообщает о наличии таких участников аукциона и размере предоставленных им преференций.

21.2. Аукцион ведет аукционист в присутствии членов комиссии, представителей заказчика, уполномоченного органа, участников аукциона или их представителей. Аукционист разъясняет участникам аукциона правила и порядок представления открытых по форме подачи предложений о цене муниципального контракта.

21.3. Аукцион проводится по каждому лоту отдельно. В процессе аукциона аукционистом объявляется о начале процедуры торгов по соответствующему лоту, и оглашаются: номер лота, предмет муниципального контракта, его существенные условия и характеристики, начальная (максимальная) цена муниципального контракта и «шаг аукциона», наименование (фамилию, имя, отчество) участников аукциона, участвующих в аукционе по лоту, и их аукционные номера.

После объявления о начале проведения аукциона прекращается допуск участников аукциона в аукционный зал. Допуск опоздавшего участника может быть осуществлен только по решению комиссии.

21.4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта на «шаг аукциона». Каждая последующая цена, понижающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия аукционного номера.

21.5. После оглашения начальной (максимальной) цены муниципального контракта аукционист предлагает участникам аукциона заявить свои предложения по цене контракта, сниженной на «шаг аукциона». Аукционист называет номер карточки участника, который первым, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта, сниженную на «шаг аукциона», указывает на этого участника и объявляет заявленную им цену как цену контракта.

21.6. При отсутствии предложений со стороны других участников аукциона аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, размер «шага аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракт. Аукционист вновь троекратно объявляет последнее предложение о цене контракта и ждет предложения о более низкой цене с учетом измененного «шага аукциона». Минимальный шаг аукциона составляет 0,5 % начальной цены муниципального контракта.

21.7. Комиссия самостоятельно или по ходатайству участника аукциона, может принять решение о приостановке проведения аукциона (по лоту, в случае если аукцион многолотовый) и объявлении короткого перерыва.

Продолжительность короткого перерыва в проведении аукциона – не менее 15 минут, но не более 1 часа.

Перерыв в проведении аукциона (торгах по каждому лоту) для краткого перерыва, может быть объявлен комиссией не более 2 (двух) раз;

21.8. Во время всей процедуры торгов (включая перерыв) участникам аукциона запрещается вступать в переговоры между собой и покидать место проведения аукциона;

21.9. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее низкую цену контракта. В случае, если по результатам аукциона наиболее низкую цену контракта предложили два участника аукциона, победителем признается участник, который первый, по мнению аукциониста и комиссии, заявил цену контракта.

21.10. По результатам аукциона по каждому лоту оглашается наименование (фамилия, имя, отчество) победителя аукциона, предложенная им цена контракта, а также наименование (фамилия, имя, отчество) участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта, предложенная им цена контракта.

21.11. В случае, если в аукционе участвовал один единственный участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене контракта, предусматривающих более низкую цену контракта, чем начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), «шаг аукциона» снижен в соответствии с пунктом 21.6. настоящего раздела до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) не поступило ни одно предложение о цене контракта, которое предусматривало бы более низкую цену контракта, аукцион признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

21.12. При проведении аукциона ведется протокол аукциона, который подписывается заказчиком, уполномоченным органом, всеми присутствующими членами комиссии в день проведения аукциона. Протокол аукциона размещается на официальном сайте уполномоченным органом в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУКЦИОНА**

### **22. Срок заключения контракта.**

22.1. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона) направляет один экземпляр соответствующего протокола и проект муниципального контракта участнику аукциона, с которым заключается контракт (далее – победитель аукциона).

22.2. Победитель аукциона должен подписать и заверить печатью указанный проект контракта и вернуть его заказчику в срок, установленный в Информационной карте аукциона.

22.3. Муниципальный контракт может быть заключен **не ранее чем через десять дней** со дня размещения на официальном сайте соответствующего протокола, на основании которого заключается муниципальный контракт.

22.4. В случае, если победитель аукциона уклоняется от заключения муниципального контракта, то контракт заключается с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

22.5. Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

### **23. Обеспечение исполнения муниципального контракта.**

23.1. Если в соответствии с Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт банковской гарантии, договора страхования ответственности по контракту или передачи заказчику денежных средств в обеспечение муниципального контракта в размере обеспечения муниципального контракта, указанного в извещении о проведении аукциона. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

23.2. Если победителем аукциона является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.

23.3. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте аукциона.

Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

23.4. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего победителя аукциона.

Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения победителем аукциона своих обязательств по муниципальному контракту.

Договор страхования также должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта.

Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного срока муниципального контракта и оканчиваться не ранее его завершения.

Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.

23.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет заказчика, указанный в Информационной карте аукциона.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией – в случае наличной формы оплаты).

23.6. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по муниципальному контракту, победитель аукциона обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в документации об аукционе.

## **24. Права и обязанности победителя аукциона.**

24.1. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения муниципального контракта с участником аукциона, который сделал предпоследнее

предложение о цене контракта, по цене, предложенной таким участником. В случае, если в извещении о проведении открытого аукциона предусмотрены преимущества для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов и победителем аукциона признано такое учреждение, предприятие или такая организация, муниципальный контракт по требованию указанных участников аукциона заключается по цене, предложенной указанными участниками аукциона, с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона.

24.2. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в срок, предусмотренный документацией об аукционе, не представил заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона было установлено требование обеспечения исполнения контракта, победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

## **25. Права и обязанности заказчика.**

25.1. После определения победителя аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения муниципального контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

– проведения ликвидации участников размещения заказа – юридических лиц или проведения в отношении участников размещения заказа – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей процедуры банкротства;

– приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

– в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе;

– нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный период.

25.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, в случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта. При этом заключение муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным.

25.3. Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в товарах, работах, услугах, соответственно на поставку, выполнение, оказание которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, услугами, предусмотренными контрактом.

При поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

## **ПРОЧИЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ АУКЦИОНА.**

26. Участник размещения заказа фактом подачи заявки на участие в аукционе признает, что ему

понятны цель аукциона и его предмет, условия аукциона, предмет и содержание настоящей документации, порядок и условия заключения муниципального контракта. Подача заявки на участие в аукционе свидетельствует также о разрешении участником размещения заказа всех вопросов в порядке, установленном настоящей документацией.

27. Участнику размещения заказа могут быть известны обстоятельства, которые значительно затрудняют или делают невозможным достижение цели аукциона. В этом случае участник размещения заказа обязан уточнить содержание документации об аукционе в порядке, установленном настоящей документацией.