

ВНИМАНИЕ

Управление экономики администрации города Владимира вносит разъяснения положений документации открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку мобильной дугообразной рентгеновской системы для кардиоваскулярных исследований для МУЗ «Городская больница № 3» г. Владимира на 2 квартал 2008 года (дата начала рассмотрения заявок 22 апреля 2008г. в 09 ч.05 мин. по московскому времени),

Вопрос:

№ п/п	Раздел документации об аукционе (инструкции участникам размещения заказа, информационной карты аукциона и т.п.)	Ссылка на пункт документации об аукционе, положения которого следует разъяснить	Содержание запроса на разъяснение положений документации об аукционе
	Приложение к информационной карте (Техническое задание на мобильную дугообразную рентгеновскую систему для кардиоваскулярных исследований)	Стр. 7, пункт 2.3 Вертикальное перемещение, см..., не менее 44 см	-Просим уточнить диапазон вертикального перемещения С- дуги, т.к. согласно пункту 2.3. оно составляет 44 см.
		Стр. 7, пункт 2.7 Глубина дуги, см..., не менее 61	- Просим уточнить точки отсчета для определения данного параметра
		Стр. 7, пункт 3.4. Максимальная теплоемкость анода, КНУ, не менее 70	-Просим уточнить значение максимальной теплоемкости анода заявленного в п.3.4

Ответ:

1. Вертикальное перемещение С- дуги в см составляет 44 см вверх и 6 см вниз.
2. Глубина дуги составляет не менее 61 см.
3. Максимальная теплоемкость анода, КНУ/ мин не менее 70.