

### Техническое задание для бронхофиброскопа

<b>Критерий</b>	<b>Технические требования</b>
<i>Рабочая длина вводимой трубки (не менее)</i>	<b>600 мм</b>
<i>Общая длина (не менее)</i>	<b>900 мм</b>
<i>Диаметр вводимой трубки (не менее)</i>	<b>6,0 мм</b>
<i>Диаметр рабочего канала (не менее)</i>	<b>2,8 мм</b>
<i>Диаметр дистального конца (не менее)</i>	<b>5,9 мм</b>
<i>Изгиб дистального конца (не менее)</i>	
Вверх	<b>180</b>
Вниз	<b>130</b>
<i>Угол поля зрения (не менее)</i>	<b>120</b>
<i>Глубина резкости (не менее)</i>	<b>3-50 мм</b>
<i>Диоптрия (не менее)</i>	<b>+2 --- - 8 Дптр</b>
<i>Покрытие инструментального канала</i>	<b>Тефлон</b>
<i>Электроизоляция дистального конца</i>	<b>наличие</b>
<i>Клапаны подачи воды\воздуха, отсоса, стопорные клапаны</i>	<b>Автоклавируемые</b>
<i>Способ дезинфекции</i>	<b>Холодный, с полным погружением</b>
<i>Совместимость с источником света</i>	<b>Pentax LH 150PC (или эквивалент)</b>
<b>Комплект поставки:</b>	
<i>Биопсийные щипцы (не менее)</i>	<b>1 шт</b>
<i>Щетка для очистки инструментального канала (не менее)</i>	<b>1 шт</b>
<i>Заглушки инструментального канала (не менее)</i>	<b>10 шт</b>
<i>Адаптер для очистки каналов (не менее)</i>	<b>1 шт</b>
<b>Гарантия не менее</b>	<b>12 мес</b>

И.о. главного врача \_\_\_\_\_ Р.А. Сафронова

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.С. Ксандопуло

Исп. Журавлева О.Н.

тел. 53-22-87