

Стол операционный *Surgery 8500 Dixon* (или эквивалент)

№ n/n	<i>Наименование показателя</i>	<i>Требование заказчика</i>
1	Количество секций	5
2	Механогидравлическая регулировка высоты	Наличие
3	Диапазон регулировки высоты,	не менее 780-1020 мм
4	Привод бокового наклона механический	Наличие
5	Боковой наклон, не менее	$\pm 18^{\circ}$
6	Привод продольного наклона механический	Наличие
7	Угол Тренделенбурга, не менее:	22°
8	Угол Антитренделенбурга, не менее:	22°
9	Механическая регулировка спинной секции	Наличие
10	Угол наклона спинной секции, не менее:	$-15^{\circ} / + 75^{\circ}$
11	Механическая регулировка головной секции	Наличие
12	Головная секция: съемная; регулировка наклона	$-70^{\circ} / + 45^{\circ}$
13	Механическая регулировка ножной секции	Наличие
14	Ножная секция: раздельная, съемная	Наличие
15	Угол наклона	$-90^{\circ} / + 15^{\circ}$
16	Угол разведения 90° в каждую сторону	Наличие
17	Встроенный почечный валик	Наличие
18	Регулировка высоты почечного валика с помощью ручки складной и снимаемой	Наличие
19	Рентгенопрозрачная поверхность стола	Наличие
20	Органы управления функциями стола должны находиться в одном месте со стороны головной секции	Наличие
	Используемые материалы :	
21	Мягкие секции стола выполнены по бесшовной технологии из полиуретана, толщина не менее	40 мм
22	Рельсы для крепления аксессуаров 30мм X 8мм	Наличие
23	Все металлические поверхности стола должны быть выполнены из нержавеющей стали	Наличие
24	Навесные аксессуары выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, покрытие аксессуаров из полиуретана	Наличие
25	Размер рабочей поверхности стола, не менее:	2000x550 мм
26	Стол передвигается на 4-х колесах и снабжен двумя ступорами.	Наличие
27	Грузоподъемность, не менее	200 кг
	Комплектация :	
28	Анестезиологическая ширма 1 шт.	Наличие
29	Упоры-держатели для тела 2 шт. (длинный и короткий)	Наличие
30	Упоры-держатели для плеч 2 шт.	Наличие

31	Опора под руку 2 шт.	Наличие
32	Упоры для ступней 2 шт.	Наличие
33	Упоры для ног по Гёппелю: 2шт.	Наличие
34	Инфузионная стойка, 1 шт.	Наличие
35	Комплект ремней, 1 шт.	Наличие
36	Поддон, 1 шт.	Наличие
37	Емкость с маслом для гидравлической системы, 1 шт.	Наличие
38	Почечный валик, 1 шт.	Наличие
39	Гарантийный срок	12 месяцев
40	Инструкция на русском языке	Наличие

Главный врач

И.А. Тихонов

Зам. главного врача по
медицинской части

О.Б. Герасимова

Зам. главного врача по
территориальной поликлиники

С.Г. Левакова