

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
 на прибор неинвазивной вентиляции легких

№	Параметры	Требуемое значение
1	Количество товара	1 шт.
2	Диапазон лечебного давления	от 4 до 30 см H ₂ O
3	Режимы вентиляции	CPAP, S, S/T, T, PC
4	Функция «Ramp», постепенно увеличивающая давление до терапевтического уровня	От 0 до 45 мин
5	Функция «Rise Time»- время подъема давления	Наличие
6	Установка уровня сигнализации для минимальной минутной вентиляции	Наличие
7	Функция задания времени вдоха	0,5-3 сек.
8	Поддержка среднего гарантированного объема вентиляции давлением	Наличие
9	Регулировка необходимого количества вдохов в минуту	0-30 дых/мин
10	Тревоги и мониторинг	Наличие
11	Компенсации утечек	Наличие
12	Увлажнитель	Наличие
13	Жидкокристаллический дисплей	Наличие
14	Установка параметров	На клавиатуре аппарата
15	Smart-карта	Наличие
16	Программное обеспечение Encore Pro	Наличие
17	Фильтры	Грубой очистки Тонкой очистки Антибактериальный
18	Маска лицевая (носоротовая), для взрослых	не менее 2 шт.
19	Размеры (ДхШхВ), мм	не более 248x168x111мм
20	Вес прибора	не более 2,5 кг
21	Наличие документов	Руководство по эксплуатации для пользователя Руководство для медицинского персонала Регистрационное удостоверение

		Сертификат ГОСТр
22	Гарантийное обслуживание, месяцев	Не менее 12

Главный врач

И.А. Тихонов

Заместитель главного врача
по медицинской части

О.Б. Герасимова

Заведующий
пульмонологическим отделением

И.В. Петряков